

KORUYUCU YÜZ MASKESİ SİPERLİK

1. Dezenfekte edilebilen yüzü korumaya uygun, esnek malzemeden yapılmış olmalıdır.
2. Geniş PVC vizöre sahip olmalıdır.
3. Bir pakette net bir görüş imkânı veren en az 5 adet şild (şeffaf koruyucu) olmalıdır.
4. Görüş ve solunuma mani olmaksızın gözü, burnu ve boğazı mikroplardan ve yabancı cisimlerden koruyacak genişlikte olmalıdır.
5. Çizilme ve darbelere karşı dayanıklı olmalıdır.
6. Kimyasal dezenfektanlara dayanıklı olmalıdır.
7. Kolay katlanabilir kademeli menteşeye sahip olmalıdır.
8. Çerçevenin her boy baş yapısına uyması için arka kısmında ayarlanabilir lastiği olmalıdır.
9. Şiltlerin çerçeveye takılması kolay olup, takıldıktan sonra stabil kalabilmelidir.
10. Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

Yüreğir Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Samet Murat ASLAF
Ameliyathane Sorumlu Hekim
Dip. No: 122418

Yüreğir Devlet Hastanesi
Op. Dr. Fulya Can ÖZKAN
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip. Tes. No: 58244

Yüreğir Devlet Hastanesi
Dr. Osman Şahin APUCU
Uroloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 72106

TEK KULLANIMLIK CERRAHİ BAĞCIKLI MASKE ŞARTNAMESİ

- 1- Yırtılmaya dayanıklı, kolay alev almayan, 3 katlı, polipropilen/non-voven materyalden yapılmış olmalıdır. Malzemenin kompozisyonunu gösteren formülasyon/içerik dokümanı ile hammaddeye ait Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (Material Safety Data Sheet (MSDS)) ve analiz sertifikası/raporu bulunmalıdır.
- 2- Bakterilere, virüslere ve mikroskobik partiküllere karşı koruma sağlar özellikte olmalıdır.
- 3- Sıvı bariyeri bulunmalı, kullanıcıyı kan ve sıvı sıçramalarından korumalıdır.
- 4- Maskenin burun üzerine gelen kısmında en az 10 cm uzunluğunda şekillendirilebilir polietilen kaplı gizli tel desteği bulunmalıdır.
- 5- Maske kanallarında boşluk olmamalıdır. Ağız ve burnu tümüyle kaplamalı, yüz kıvrımlarına uygun olmalı ve en az 3 körüklü olmalıdır.
- 6- Rahat nefes alınabilmelidir. Böylelikle nemin tek noktada yoğunlaşmasına mani olacak yapıya sahip olmalı ve terletmemelidir. Rahatsız edici kokusu olmamalıdır. Tüülenmemelidir.
- 7- Antiallerjik olmalı, cam elyaf, lateks ve fiberglas içermemelidir.
- 8-Açık yeşil/mavi veya beyaz renkte olmalıdır.
- 9- Dört kenarında en az 30 cm uzunluğunda, kolay bağlanabilir bağcıkları bulunmalıdır.
- 10-
- 12- 100 adetlik ambalaj içinde teslim edilmelidir.
- 13- Teklifle birlikte en az 10 adet numune verilmelidir.

Yüreğir Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Samet Murat ASLAI
Ameliyathane Sorumlu Hekim
Dip. No: 102419

Yüreğir Devlet Hastanesi
Op. Dr. Fulya Can ÖZKAN
Genel Cerrahi Uzman
Dip. Tes. No: 58244

Yüreğir Devlet Hastanesi
Dr. Osman Şahin APUCU
Uroloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 72125