

## KADIN DOĞUM VAKUM ALETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

\*Vakum aleti Kadın hastalıkları ve doğum kliniğinde özel müdahaleli doğumlarda bebeğin doğumuna yardımcı olmak için kullanılmaktadır.

\* Ürün; çapı 5 cm'lik içi yumuşak süngerli plastik vakum çanına bağlı olarak içi çelik telli 16cm - 20cm arası çekme kordonuna bağlı el vakum pompasından ibarettir.

\* El vakum pompası verilecek basıncı (bar/mm,Hg,KPa,bar ) cinsinden gösterir şekildedir.

\* El vakum pompası verilecek basıncı (havayı) boşaltmak üzere vakum boşaltma düğmesi ile birlikte dir.

\*Ürün ( X ray ile sterilize edilmiş ) steril paketler içinde olacaktır

\* Malzeme teslim tarihinden itibaren en az 12 ay miadlı olmalıdır.

\* Yüklenici firma malzemenin miadının dolmasına 3 ay kalan kullanılmayan malzemeleri en az 10 aylık miada sahip ürünle değiştirecektir.

\* Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna sahip olmalıdır.

\*Yüklenici firma Ambalajı açıldığında , kullanıma uygun olmayan , hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü ücretsiz olarak değiştirecektir.

\* Yüklenici firma teslimattan önce 1 adet malzeme numunesi gösterecektir.

### - Ürün Malzeme Dağılımı

Ürün Parçaları Açıklama	Malzeme
1- El vakum pompası	Polikarbonat (Beyaz)
2- Hava boşaltma butonu	Polikarbonat (Beyaz)
3- Vakum çanı	Polikarbonat (Beyaz)
4- Vakum kordon borusu	Polietilen
5- Vakum kordon teli	Naylon kaplanmış çelik tel
6- O-ring, vakumSilikon	
7- Valf	Polikarbonat

Yönetir Devlet Hastanesi  
Uzm.Dr. Özgür BİLEN YIVENCİLU  
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı  
Dış. Tes. No: 118318

Yönetir Devlet Hastanesi  
Uzm.Dr. Özgür BİLEN YIVENCİLU  
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı  
Dış. Tes. No: 118318