

# ADANA YÜREĞİR DEVLET HASTANESİ

## ULTRASON CİHAZI YAZICISI ONARIM ŞARTNAMESİ

**KONU:** HASTANEMİZ KADIN DOĞUM POLİKLİNİĞİNDE KULLANILMAKTA OLAN MITSUBISHI MARKA P95DE MODEL(SN:856D828A10) ULTRASON CİHAZI YAZICISININ ONARILMASI HİZMETİ ALIMI.

- 1) TEKLİF VERECEK FİRMALAR CİHAZI/SİSTEMİ YERİNDE KONTROL EDİP AKABİNDE TEKLİF VERECEKTİR.
- 2) YAPILAN İŞLEM EN AZ 6 AY GARANTİLİ OLACAKTIR.
- 3) ONARIM SONRASI CİHAZ 1 HAFTA KULLANILARAK TEST EDİLECEK VE KLİNİK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ BİRİMİNİN/KULLANICININ UYGUNLUK VERMESİ SONRASI FATURA KESİLECEKTİR.
- 4) FİRMA ARIZANIN GİDERİLMESİ SIRASINDA VE/VEYA SONRASINDA, VARSA YAZILIM PROGRAMLARINDA, CİHAZ ÖZELLİKLERİNDE UP-GRADE, İYİLEŞTİRME GEREKTİĞİ TAKDİRDE BUNU ÜCRETSİZ OLARAK YAPACAKTIR. UP-GRADE SONRASI BİR KULLANICI EĞİTİMİ GEREKTİĞİ TAKDİRDE FİRMA EĞİTİMİ İDARE'NİN BELİRLEYECEĞİ PERSONELLER İÇİN ÜCRETSİZ OLARAK ADANA'DA SAĞLAYACAKTIR.
- 5) TEKLİF VERECEK FİRMALARIN, ULTRASON CİHAZLARINA TEKNİK SERVİS HİZMETİ VEREBİLECEK YETERLİLİKTE OLDUĞUNA DAİR BELGELERİ BULUNMALIDIR.

Yüreğir Devlet Hastanesi  
Veysel ÖZARSLAN  
Elektrik Teknisyeni  
Sicil No: 11106814

Yüreğir Devlet Hastanesi  
Osman KARSLI  
Biyomedikal Mühendisi