

## TIBBİ SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNEMESİ

### 1. Smear Spreyi Teknik Şartnamesi

1. 200ml'lik orijinal spray ambalajında olmalıdır.
2. Sitolojik materyalin fiksasyonunda kullanılmalıdır.
3. TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalı
4. TİTUBB'da kayıtlı ürün barkot numarası bildirilmeli
5. Numuneye göre değerlendirilecektir.

### 2. Smear Fırçası (Yelpaze Tipli) Teknik Şartnamesi

1. Orijinal ambalajda steril olmalıdır.
2. Toxic madde içermemelidir.
3. Tek kullanımlık olmalıdır.
4. TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalı
5. TİTUBB'da kayıtlı ürün barkot numarası bildirilmeli
6. Numuneye göre değerlendirilecektir
7. Ucu üçgen olmalıdır

### 3- Smera kabı Teknik şartnamesi

- 2-Sert plastik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- 3-Lamlar yatay olarak konulacak pozisyonda olmalıdır.
- 4-Kimyasal maddelere dayanıklı olmalıdır.
- 5-Kapaklı olmalıdır.
- 6- TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.
- 7- TİTUBB'da kayıtlı ürün barkot numarası bildirilmelidir

Yüregir Devlet Hastanesi  
Mustafa KARATAS  
Lab. Teknik  
31441

Yüregir Devlet Hastanesi  
Hemşirelik Birimi  
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı  
Dip. Tes. No: 153587

Yüregir Devlet Hastanesi  
Dr. Dr. Perihan GÖÇER ÜNAL  
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı  
Dip. Tes. No: 173344/174177