

ALLOGREFT TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Strut un tamamı tek kutuda olmalıdır.
- 2.Ürün yapısı dış yüzeyi kortikal iç yüzeyi ise spongöz yapıda olmalıdır.
- 3.%100 insan kaynaklı (allogreft) olmalıdır.
- 4.Etilen oksit yada gama sterilizasyonlu alüminyum folyo içinde olmalıdır.Bu da kutu üzerinde yazmalıdır.
- 5.İnsan dokusu ile %100 uyumlu,biocompatible olmalıdır.
- 6.Osteoconductive ve osteoinduktive olmalıdır.
- 7.En az 2 yıl miadlı olmalı ve bu kutunun üzerinde yazmalıdır.
- 8.İhaleye katılan firmanın yetkili bayilik belgesi olmalıdır.
- 9.Gerekli enfektif testlerinin yapılmış olduğu belgelendirilmelidir.
- 10.Ürün,kataloglarıyla ve yayınlarıyla dünya çapında tanıtılmış olmalıdır.
- 11.Oda ısısında saklanabilir olmalıdır.
- 12.Ürün ambalajı içerisinde hasta takip formu bulunmalıdır.
- 13.Ürün ün boyu 5,0 cm olmalıdır.
- 14.Ürün ün genişliği 0,5cm olmalıdır.
- 15.Ürün ambalajı gereği daha az yer kaplamalıdır.

SUT KODU: AG2550

Yüreğir Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Samet Murat ASLAN
Ameliyathane Sorumlu Hekimi
Dip. No: 122418

Yüreğir Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Mümin ALTIN
Ortopedi ve Travmatoloji Uzm.
Dip. Tes. No: 48186

Yüreğir Devlet Hastanesi
Op. Dr. M. Ferhan UZ
Ortopedi ve Travmatoloji Uzm.
Dip. No: 44810
Dip. No: 480215