

Maquet Servo-S model Ventilatör Cihazlarına uyumlu
Membran Foil Teknik Özellikleri

1. Servo-i ve Servo-s model ventilatör cihazların için uyumlu olmalıdır.
2. Malzemenin üzerinde membranı olmalıdır.
3. Cihaza takıldığında seri numarasını otomatik olarak algılamalıdır.
4. Firmanın ÜTS kaydı bulunmalıdır.
5. Ürünün UBB kodu fatura üzerinde belirtilmelidir.
6. 1 yıl garantili olmalıdır.Muyanesi denendikten sonra yapılacaktır.

Yüregir Devlet Hastanesi
Veyse ÖZARSLAN
Elektrik Teknisyeni
Sicil No: MM687.4

Yüregir Devlet Hastanesi
Osman KARSLI
Biyomedikal Mühendisi