

DOKU TAKİP CİHAZI OİWER SUPPLY TEKNİK ŞARTNAMESİ

KONU: LEİCA ASP 300 DOKU TAKİP CİHAZININ POWER SUPPLY ALIMINI İLE ALAKALIDIR.

1. Cihazda herhangi bir problem çıkarmaması için orijinal ürün olmalıdır.
2. Orijinal ürün kullanıldığına dair üretici firma gümrük giriş belgesini ilgili birimin isteği doğrultusunda teslim etmelidir. Ürün sıfır kullanılmamış paketinde olmalıdır.
3. Onarıma gelecek olan personel cihaz kullanım hakkında kullanıcılara ücretsiz eğitim vermelidir.
4. Onarım bitiminde ilgili cihaz teknik formları bir nüshası teknik birim bir nüsha fatura ile birlikte ilgili birimlere sunmalıdır.
5. Aynı probleminden dolayı her hangi bir aksaklık durumunda gerekli müdahalenin yapılması için mesai saatleri içerisinde ücretsiz gelinmelidir.
6. Ürün en az 1 yıl garantili olmalıdır. Alımı yapılan malzeme ilgili olarak problem yaşamaması durumunda ücretsiz hizmet vermelidir.
7. Firmanın ÜTS Kaydı bulunmalıdır. Ürünün UBB bilgisi fatura üzerinde yer almalıdır.

Vegrel Özarslan
A

Yüreğir Devlet Hastanesi
Osman Kaya
Biyomedikal Mühendisi