

AMBU YENİDOĞAN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ambu otoklavda sterilize edilebilmeli, bu sterilizasyon sırasında ambuda renk değişikliği olmamalıdır.
2. Ambunun özel basınç kontrol mekanizması olmalıdır ve basınç kontrol mekanizmasının kapasitesi 40 ± 5 cm H₂O olmalıdır.
3. Oksijen rezervuar torbası ve rezervuar valvi olmalıdır. Oksijen rezervuar torba kapasitesi en az 500 ml olmalı ve torba kolay yırtılmamalıdır.
4. Ambu ile birlikte ikişer adet 0 ve 1 numara silikon yastıklı maske verilmelidir.
5. Ambu balon kapasitesi 240-280 ml arasında olmalıdır.
6. Ambu cihazının teknik özelliklerini anlatan kitapçığı olmalıdır.
7. Ambunun valv sistemi açılıp temizlenebilir olmalıdır.
8. Ambu ile birlikte en az iki adet airway verilmelidir.
9. Ambu ve diğer parçalar kolay kırılmayan, taşınabilir çanta içinde olmalıdır.
10. Ambu çantasının içinde oksijen bağlantı yeri, oksijene bağlantı hortumu ve oksijen rezervuar torbası ,silikon torba ,rezervuar valvi olmalıdır.
11. Gerekliğinde yedek parçası temin edilebilmelidir.

H133107
Tıp ve
Hemşirelik
Bölümü

Yüreğir Devlet Hastanesi
Seyhan ŞAHİN
Hemşire H102148

Yüreğir Devlet Hastanesi
Seyhan ŞAHİN
Hemşire H102148

ADANA EMİP HASTANESİ
Cocuk Sağ ve Hast. Uzmanı
Dr. Mustafa KURT