

24 LÜ BİBERON ISITMA CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz buzdolabından çıkarılan anne sütlerini veya bebek mamalarının bebeklere verilecek sıcaklığa ısıtılması ve o sıcaklıkta sabit olarak kalması için tasarlanmış olmalıdır
2. Cihaz digital termostat ile kontrol işlemi sağlanacak, bu sistem üzerinde set ve ayar butonları bulunacaktır.
3. Cihazda aynı anda 24 adet biberon ısınma işlemi yapılabilecektir.
4. Cihaz PID ısıtma sistemine sahip olacaktır.
5. Cihaz istenilen ısıya ayarlanması durumunda 24 saat çalışma özelliğine sahip olacaktır.
6. Cihaz düşük ısı ve yüksek ısı hatalarında sesli ve görsel uyarma sistemine sahip olacaktır.
7. Cihazda aşırı ısıyı önlemek amaçlı emniyet termostat sistemi olacaktır.
8. Cihazın biberon bölmeleri ısı iletkenliğini iyi sağlamak için alüminyumdan imal edilmiş olacaktır.
9. Cihaz galvaniz sac ile imal edilmiş olup dış yüzeyi elektrostatik boya ile boyanmış olacaktır.
10. Cihaz 220 VAC 50Hz şehir şebeke gerilimi ile çalışacaktır.
11. Yüklenici firma teklif edeceği UBB'ye tabi ürünün TİTUBB/ ÜTS kayıt barkodunu, teklif dökümanlarını dosyasında ve faturada beyan edecektir
12. Cihaz 2 yıl garantili olacaktır.Cihazın montajını yüklenici firma yapacak olup kullanıcı personele ayrı teknik personele temel düzeyde ayrı eğitim verilecektir.
13. Cihazın kullanım kılavuzu Türkçe olmalıdır.
14. Kargo ile gönderilen ürünün kabulü yapılmayacaktır.

Yüreğir Devlet Hastanesi
Uzm.Dr. Ayman HİSMİOĞULLARI
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Dip.Tes.No:179425

H102107
Ayşe Ağırbulak

Yüreğir Devlet Hastanesi
Seyhan ŞAHİN
Hemşire H102146

Yüreğir Devlet Hastanesi
Orman KARSLI
Biyomedikal Mühendisi