

PENRÖZ DREN (1/4) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 1/4 boyutunda, 45 cm uzunluğunda olmalıdır.
2. X-ray ışınlarıyla görülebilmelidir.
3. Alerjik olmamalı ve nontoksik olmalıdır.
4. Malzeme infizyon alanındaki sıvı atıkların drenajı için uygun olmalıdır.
5. Dayanıklı olmalı , kısa sürede tıkanmamalıdır.
6. Yakın tarihte üretilmiş olmalıdır.
7. Steril ambalajda ve tek kullanımlık olmalıdır.
8. Doğal lateksten yapılmış olmalıdır.
9. İki adet numune getirilmelidir.

Yüregir Devlet Hastanesi
Op. Dr. Fulya Can ÖZKAN
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip. Tes. No: 58924

Yüregir Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Sami Murat ASLAN
Ameliyathane Sorumlusu Hekimi
Dip. No: 72418

Adana Yüregir Devlet Hastanesi
Op. Dr. M. Ferhan UZ
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 55092163
İht. No: 54810-75909