

BOY ÖLÇERLİ BEBEK TERAZİSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilen Cihaz ,Maksimum tartma kapasitesi: 20kg / 44lb olmalıdır.
2. Teklif edilen Cihazın, Ölçeği: 5g/0.01lb olmalıdır.
3. Teklif edilen Cihazın ,Minimum tartma kapasitesi: 100g/0.22lb olmalıdır.
4. Teklif edilen Cihazın ,Ölçüm birimleri: kg/lb ve °C/°F olmalıdır.
5. Teklif edilen Cihaz ,Dara hesaplamalıdır.
6. Teklif edilen Cihazın Mavi ekran ışığı olmalıdır.
7. Teklif edilen Cihazın 60 saniye sonra otomatik kapanma özelliği olmalıdır.
8. Teklif edilen Cihazın ,Oda sıcaklığı ölçümü: 5-50°C /41-122°C olmalıdır.
9. Teklif edilen Cihaz da 10 hafıza olmalıdır.
10. Teklif edilen Cihazda, Dahili mezura – 150cm olmalıdır.
11. Teklif edilen Cihazda, Düşük pil uyarısı olmalıdır.
12. Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünler ve cihazlar için "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında istekliye ait satış merkezi yetki belgesi olmalıdır, bu belge teklifle birlikte verilmelidir.
13. Teklif edilen ürüne ait ubb/üts kayıt numarası teklifte bildirilmelidir.
14. Cihazın tamamı (sarf malzemeler hariç) en az 2 (iki) yıl tam garantili olacak ve bu garanti yüklenici firma ve yetkili üretici ve ithalatçı firma tarafından verilecektir. Garanti süresince, sistemin kataloglarında belirtilen sürelerde ve arıza durumlarında her türlü servis, bakım, onarım, kalibrasyon, yedek parça, işçilik, yazılım güncelleme ve ulaşım (sistemin kataloglarında süre belirtilmemesi halinde 6 (altı) ayda bir defa cihazın gerekli kalibrasyonunu ve bakımını yapacaktır.) için hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Kullanılacak olan yedek parçalar garanti kapsamında olacaktır. Garanti içinde cihazın bozuk olduğu süreler garanti süresine eklenecektir.

H13307
Tıp Fakültesi
Eğilim

Yüreğir Devlet Hastanesi
Seyhan ŞAHİN
Hemşire H102148

Yüreğir Devlet Hastanesi
Uzm.Dr. Ayhan HİSMİOĞLU
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Seyhan ŞAHİN
Hemşire H102148

Yüreğir Devlet Hastanesi
Osman KARSLI
Biyomedikal Mühendisi