

TEK KULLANIMLIK CERRAHİ BAĞCIKLI MASKE ŞARTNAMESİ

- 1- Yırtılmaya dayanıklı, kolay alev almayan, 3 katlı, polipropilen/non-voven materyalden yapılmış olmalıdır. Malzemenin kompozisyonunu gösteren formülasyon/içerik dokümanı ile hammaddeye ait Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (Material Safety Data Sheet (MSDS)) ve analiz sertifikası/raporu bulunmalıdır.
- 2- Bakterilere, virüslere ve mikroskobik partiküllere karşı koruma sağlar özellikte olmalıdır.
- 3- Sıvı bariyeri bulunmalı, kullanıcıyı kan ve sıvı sıçramalarından korumalıdır.
- 4- Maskenin burun üzerine gelen kısmında en az 10 cm uzunluğunda şekillendirilebilir polietilen kaplı gizli tel desteği bulunmalıdır.
- 5- Maske kanallarında boşluk olmamalıdır. Ağız ve burnu tümüyle kaplamalı, yüz kıvrımlarına uygun olmalı ve en az 3 körüklü olmalıdır.
- 6- Rahat nefes alınabilmelidir. Böylelikle nemin tek noktada yoğunlaşmasına mani olacak yapıya sahip olmalı ve terletmemelidir. Rahatsız edici kokusu olmamalıdır. Tüülenmemelidir.
- 7- Antiallerjik olmalı, cam elyaf, lateks ve fiberglas içermemelidir.
- 8-Açık yeşil/mavi veya beyaz renkte olmalıdır.
- 9- Dört kenarında en az 30 cm uzunluğunda, kolay bağlanabilir bağcıkları bulunmalıdır.
- 10- 100 adetlik ambalaj içinde teslim edilmelidir.
- 11- Teklifle birlikte en az 10 adet numune verilmelidir.

Yüreğir Devlet Hastanesi
Op. Dr. Fulya Can ÖZKAN
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip. Tes. No: 58744

Yüreğir Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Samet Murat ASLAN
Ameliyathane Sorumlu Hekimi
Dip. No: 122418

Yüreğir Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Emine KILIÇ
Tezi ve Reanimasyon Uzmanı
Dip. Tes. No: 122418