

HEİNE BETA R OPERASYONEL OTOSKOP BAŞLIK VE AMPUL
TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.TESLİMİ YAPILACAK ÜRÜNLER, HEİNE BETA R 3,5 V MARKA MODEL OPERASYONEL ŞARJLI OTOSKOP CİHAZINA UYUMLU OLACAKTIR.
- 2.OTOSKOP BAŞLIĞI OPERASYONEL TİP BAŞLIK OLACAKTIR.HALOJEN AMPUL KULLANIMINA UYGUN OLACAKTIR.
- 3.OTOSKOP BAŞLIKLARI ÜZERİNDEKİ MONTELİ EKİPMANLARI İLE BİRLİKTE EKSİKSİZ VERİLECEKTİR.
- 4.OTOSKOP AMPULLER, XHL 3,5 V ÖZELLİKLİ HALOJEN TİP OLACAKTIR.
- 5.TESLİMİ YAPILACAK ÜRÜNLER,SIFIR KUTUSUNDA VEYA AMBALAJINDA AÇILMAMIŞ TESLİM EDİLECEKTİR.

Yüreğir Devlet Hastanesi
Mehmet KÜÇÜK
Elektrik Teknisyeni



Yüreğir Devlet Hastanesi
Ahıngören
Elektrik Teknisyeni



Yüreğir Devlet Hastanesi
Özdemir Hakan KARBAŞ
K.T.B. Uzmanı
Diyadin No: 2350

