

REZERVUARLI(GERİ SOLUMASIZ) OKSİJEN MASKESİ ŞARTNAMESİ

- 1-MASKE VE BAĞLANTI ELEMANLARI"MEDİKAL GRADE" KALİTE, YUMUŞAK PVC DEN YAPILMIŞ OLMALIDIR.
- 2-RAHATSIZLIK VERİCİ KOKU İÇERMEMELİDİR.
- 3-BAĞLANTI ELEMANLARI VE MASKE HASTA İLE OKSİJEN KAYNAĞINA KOLAYCA BAĞLANABİLİR OLMALIDIR.
- 4-MASKELER YETİŞKİNLER İÇİN ERGONOMİK BOYUTTA OLUP, YÜZ FORMUNA UYMALI, ŞEFFAF OLMALI VE TAHRİŞ EDİCİ OLMAMALIDIR.
- 5-MASKENİN KAFAYA BAĞLANTI LASTİĞİ AYARLANABİLİR ELASTİK MALZEME OLMALIDIR.
- 6-MASKE ÜZERİNDE MASKEYİ BURNA SABİT TUTABİLMEK İÇİN METAL MAŞA BULUNMALIDIR.
- 7-OKSİJEN KAYNAĞINA BAĞLANAN ANA HORTUM BÜKÜLME YADA KIRILMA OLDUĞUNDA MÜDAHALE EDİLİNCE ESKİ FORMUNU KOLAYCA KAZANABİLMELİDİR.
- 8-ÜRÜN AMBALAJ İÇİNDE BULUNMALI, DIŞ AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRETİCİ FİRMA ADI, ADRESİ, LOT NUMARASI VE ÜRETİM TARİHİ BULUNMALIDIR.
- 9-MASKENİN REZERVUAR KISMI OLMALIDIR.
- 10-MASKENİN HER BİR UCUNDA BASINÇ VALFLERİ OLMALIDIR.

Yüreğir Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Emine KILIÇ
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı
Uzmanlık Tes. No: 101059

Yüreğir Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Bülent BAHADIR
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı