

ARTROSKOPİK SHAVER UCU

- 1- Shaver uçları renk koduna sahip olmalıdır.
- 2- Shaver uçları paslanmaz çelikten yapılmış olup , eğilme ,bükülme ve darbelere karşı dayanıklı olmalıdır.
- 3- Shaver uçları yüksek volümlü aspirasyon yapabilme özelliğine sahip olmalıdır.
- 4- Shaver uçlarının ambalajları ürün kod numaralarının kolaylıkla görülebilmesine olanak sağlamalıdır.
- 5- Shaver uçları steril halde ,tek kullanımlık olarak ambalajlanmış servise hazır halde bulunmalıdır.
- 6- Shaver uçları 5 adetlik kutularda ambalajlanmış olmalıdır.
- 7- Tüm shaver uçları isimlerine göre farklı işlemler için kullanılabilir.
- 8- Hastanemiz ameliyathanesinde bulunan Stryker marka shaver cihazı ile uyumlu çalışabilmelidir.

Yüreğir Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Samet Murat ASLAN
Ameliyathane Sorumlu Hekim
Dip.No: 122446

Adana Yüreğir Devlet Hastanesi
Dr. Başar BAHADIR
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip.Tes.No: 78868

Adana Yüreğir Devlet Hastanesi
Op.Dr. Nihat ERDEMTOK
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip.No: 950216
Tic.No: 04810-75909

BİPOLAR RF PROBU TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Cihaza takılan probu cihaz otomatik olarak tanımalı ve ilgili çalışma aralığını otomatik olarak ayarlamalıdır.
2. Cihaz ile uyumlu olan RF Probları bipolar özellikte olmalıdır.
3. Hasta altı plağına ihtiyaç duymamalıdır.
4. Cihaz ile kullanılacak RF Probları artroskopi ameliyatlarında yumuşak dokuları temizlemek (vaporizasyon) ve kanamaları durdurmak (koagülasyon) amacı ile kullanılabilir.
5. 5 seviyeli kesme ve 3 seviyeli (Low-Med-Hi) Koagülasyon yapabilmelidir.
6. Probların üzerinde el kumandası için butonlar bulunmalıdır.
7. Değişik boy ve çapta problemleri olmalıdır.
8. Hafif ve kullanımı kolay olmalıdır.
9. Hastanemiz ameliyathanesinde bulunan Stryker marka Rf cihazı ile uyumlu çalışabilmelidir.

Yüreğir Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Samet Murat ASLAN
Ameliyathane Sorumlu Hekimi
Dip. No: 122419

Adana Yüreğir Devlet Hastanesi
Dr. Başar BAHADIR
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 78868

Adana Yüreğir Devlet Hastanesi
Op. Dr. Nijat ERDEMTOK
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. No: 93402163
Tic. No: 54506-75908

ARTROSKOPİK SHAVER BUR UCU

- 1- Shaver bur uçları renk koduna sahip olmalıdır.
- 2- Shaver bur uçları paslanmaz çelikten yapılmış olup , eğilme ,bükülme ve darbelere karşı dayanıklı olmalıdır.
- 3- Shaver bur uçları yüksek volümlü aspirasyon yapabilme özelliğine sahip olmalıdır.
- 4- Shaver bur uçlarının ambalajları ürün kod numaralarının kolaylıkla görülebilmesine olanak sağlamalıdır.
- 5- Shaver bur uçları steril halde ,tek kullanımlık olarak ambalajlanmış servise hazır halde bulunmalıdır.
- 6- Shaver bur uçları 5 adetlik kutularda ambalajlanmış olmalıdır.
- 7- Tüm shaver bur uçları isimlerine göre farklı işlemler için kullanılabilir.
- 8- Tüm shaver bur uçlarının ortalama uzunluğu 20cm çalışma uzunluğu ise 12,5cm ve çapları 4,0-5,0mm olmalıdır.
- 9- Hastanemiz ameliyathanesinde bulunan Stryker marka shaver cihazı ile uyumlu çalışabilmelidir.

Yüreğir Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Samet Murat ASLAN
Ameliyathane Sorumlu Hekimi
Dip.No: 122448

Adana Yüreğir Devlet Hastanesi
Dr. Başar BAHADIR
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip.Tes.No: 78868

Adana Yüreğir Devlet Hastanesi
Op.Dr. Nejat ERDEMTOK
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip.No: 25092163
İnt.No: 54810-75908