

KRİSCHNER TEL 1- 1.5 - 2.0 - 2.5- MM, TROCAR UÇLU, PASLANMAZ ÇELİK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilecek olan implantlar çelik olmalıdır.
2. Telin üretildiği materyalin insan vücuduna reaksiyon yapmayan özellikte olmalıdır.
3. Teklif edilecek malzemelerin uzunluğu en az 310 mm (+-20mm) olmalıdır
4. Tellerin ucu trokar olmalı, diğer ucu ise yuvarlatılmış olmalıdır.
5. Teklif veren firma istendiğinde; her kalınlıktaki telin ucuna yiv açabilmeli veya her iki uca da trokar uç yapabilmelidir.
6. Firma 2 adet numune göndermelidir. Gönderilen numune ile satın alınan ürün aynı olmalıdır. Uygunluk tespit edildiğinde tüm ürünün değişim ve iadesi firmanın garantisini altında olmalıdır.
7. SUT KODU TV5600 olmalıdır.

Yüreğir Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Samet Murat ASLAN
Ameliyathane Sorumlu Hekimi
Dip. No: 122418

Adana Yüreğir Devlet Hastanesi
Dr. Başar BAHADIR
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip.Tes.No: 78868

Adana Yüreğir Devlet Hastanesi
Op.Dr. Nejat ERDEMTOK
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip.No: 9502163
İht.No: 54810/75903