

## ADANA YÜREĞİR DEVLET HASTANESİ

### BERA/ABR CİHAZI BAKIM/ONARIM HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

**Konu:** Hastanemiz envanterine kayıtlı, Medelec marka Synergy model Bera/ABR cihazının bakım/onarım hizmeti alım teknik şartnamesidir.

- 1- Cihazın genel bakımları yapılacak ve bakım işlemleri sonrası Teknik Servis Raporu oluşturulacaktır. Teknik servis raporunda cihaz kullanıcısının/ hastane Klinik Mühendislik Hizmetleri Biriminin onayı olmalıdır.
- 2- Bakım/onarım işlemlerini yapacak firma tarafından, cihazın kullanım menüsü, kullanıcının cihazı kolaylıkla kullanabileceği şekilde ayarlanacaktır. Cihazın mevcut durumundaki arızalar, bakım /onarım hizmeti alımı kapsamında giderilerek, cihaz çalışır durumda kullanıcıya teslim edilmelidir.
- 3- Bakım hizmeti alımı kapsamında, cihazın mevcut yıpranmış/arızalı durumundaki elektrodu ve kulaklığı yenilenecektir. (Elektrod maşa uçlu olmalıdır.) Yenilenecek olan ürünlerin eskileri, cihaz kullanıcısına teslim edilecektir.
- 4- Bakım/onarım hizmeti alımı kapsamında değişen/yenilenen malzemeler, orijinal kutusunda/ambalajında olmalıdır. Malzemeler cihaza uyumlu olmalıdır. Malzemeler cihaza takılıp denendikten sonra, kullanıcı uygunluk verecektir.
- 5- Cihaza yapılacak tüm işlemler sonrası, cihaz kullanıcı tarafından 10(on) iş günü denenecek ve sonrasında firma Teknik Servis Raporu oluşturulacaktır. Teknik servis raporunda cihaz kullanıcısının/ hastane Klinik Mühendislik Hizmetleri Biriminin onayı olmalıdır.
- 6- Firmanın ÜTS kaydı olmalıdır.
- 7- Firmanın, söz konusu cihaz ile ilgili kullanıcı eğitimi verebilecek personeli olmalıdır.
- 8- Firma, söz konusu cihaza teknik servis hizmeti verebilecek yeterlilikte olduğunu belgelendirmelidir.

Yüreğir Devlet Hastanesi  
Tıpçı **TOPRAK**  
Dip.No:2018-07-00294

Yüreğir Devlet Hastanesi  
Uzm.Dr. **Mediha ÖZELÇİ**  
K.B.B. Uzmanı  
Dip. Tes. No: 17246

02/11/2020  
Yüreğir Devlet Hastanesi  
**Osman KARSLI**  
Biyomedikal Mühendisi