


EEG Disk (ALTIN) Elektrodu Teknik Şartnamesi

- 1)En az 9 veya 10 mm çapında ve kubbe şeklinde olmalıdır.
- 2)Üzerinde fazla pastanın çıkmasını sağlayacak delik bulunmalıdır.
- 3)Kablosu en az 1,5 m olmalıdır.
- 4)Altın disk elektrod olmalıdır.
- 5)Birbirinden kolayca ayırt edilebilmesi için en az 12 farklı renk olmalıdır.
- 6)Hem EEG hem de EP çalışmasında kullanılabilmelidir.
- 7)Giriş soketleri Touchproof (Dişi) girişli olmalıdır.
- 8)Orijinal ve cihaza uyumlu olmalıdır.

Yüreğir Devlet Hastanesi
Ayşe BİLİCİ SİĞNAK
EBE 38577



Yüreğir Devlet Hastanesi
Ayşe Kalkanlı ÇOLAK
Neuroloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 160424

