

LANSET

- 1.1. Sert malzemeden yapılmış olmalı, ucu pürüzsüz ve keskin olmalıdır.
- 1.2. Kullanım süresi en az iki yıl olmalıdır.
- 1.3. Tek kullanımlık ve steril olmalıdır.
- 1.4. Kullanırken eğilme bükülme olmamalıdır.
- 1.5. Paketler 200 lük olmalıdır.

Yüregir Devlet Hastanesi
Mustafa KAFATAS
Lab. Tekn.
31440

Yüregir Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Can KOÇAK
Tıbbi Biyokimya Uzmanı
Dip. Tes. No: 43335