

BOT TİPİ GALOŞ ŞARTNAMESİ

- 1) Galoş 45 numara çizme üzerine giyilebilecek özellikte (42x30x55cm) olacaktır.
- 2) Galoşun çizmeyi tam olarak sarabilmesi için kenarlarında torbalanmış şekilde büzmesi olacaktır.
- 3) Galoş tabanı 140 mikron, üst bölümü 70 mikron kalınlığında olacaktır.
- 4) Ambalaj şekli, bir kutuda yada torba içerisinde 200 adet paketlenmiş olacaktır.
- 5) Ameliyathane, Yoğun Bakım v.b. özellik gerektiren yerlerde kullanılabilir özellikte olmalıdır.
- 6) Galoшта kullanılacak lastik sağlam olacak, kolay kopmayacak özellikte olacaktır,
- 7) Galoş kaynak yerleri sağlam olacak, açılmayacaktır.
- 8) Galoş renkleri mavi olacaktır.
- 9) Eksik, yırtık ve kalitesiz galoşlar firmaya iade edilecektir, firma yenisi ile değiştirecektir.
- 10) Firma teklifle beraber en az 4 adet numune getirecektir.

Yücegir Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Emine KILIÇ
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı
Uzmanlık T.C. No: 101059

Bülent Balı
Yoğun Bakım Hemşiresi
Balı