

ADANA YÜREĞİR DEVLET HASTANESİ

VENTİLATOR OKSİJEN SENSÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Oksijen Sensörü, Maquet marka Servo-S model Ventilator Cihazlarına uyumlu olmalıdır.
- 2- Ürün, üretim hatalarına karşı en az 6 (altı) ay garantili olmalıdır.
- 3- Ürün açılmamış kutusunda/ambalajında teslim edilecek ve hastane talep ederse ürünün Cihaza montajı firma tarafından ücretsiz yapılacaktır.(Firma, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini kendisi alacaktır.) Ürünün cihaza verebileceği zararlardan firma sorumludur.
- 4- Cihaza uyumlu şekilde çalışmayan, fonksiyonlarını yerine getirmeyen ürün kabul edilmeyecektir.
- 5- Firmanın ÜTS kaydı bulunmalıdır.
- 6- Ürünün ÜTS kaydı, faturada yer almalıdır.

Yüreğir Devlet Hastanesi
Mehmet KUCUK
Elektrik Teknisyeni
Sicil No: MM1012

Yüreğir Devlet Hastanesi
Osman KARSLI
Biyomedikal Mühendisi
09/11/2020