

YETİŞKİN BOY ÖLÇERLİ DİJİTAL TARTI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilen cihaz, 10-200 kg arası ± 50 gr hassasiyette ölçüm yapmalıdır.
2. Teklif edilen cihaz, 80-210 cm arası ± 1 mm hassasiyetle boy ölçme işlemi yapmalıdır.
3. Teklif edilen cihaz LCD ekrana sahip olmalıdır.
4. Teklif edilen cihaz en az 5 adet hafızaya sahip olmalıdır.
5. Teklif edilen cihaz kolay taşıma imkanı sağlamalıdır.
6. Teklif edilen cihaz kg veya lb şeklinde ölçüm yapabilmeli ve dara alabilme özelliği olmalıdır.
7. Teklif edilen cihaz şarj edilebilir dahili batarya ve adaptörle kullanılabilir olmalıdır.
8. Teklif edilen cihaz darbelere karşı dayanıklı gövdeye sahip olmalıdır.
9. Teklif edilen cihazın zemin eğimine göre ayarlanabilir kauçuk rotill ayakları olmalıdır. Ayrıca üzerindeki su terazisi ile denge kontrolü yapılabilir olmalıdır.
10. Teklif edilen cihazın teleskopik boy ölçüm çubuğu olmalıdır. Ölçüm çubuğu gövdeye 2 noktadan sabitlenebilmelidir.
11. Teklif edilen cihazın boy ölçme çubuğu katlanır ve ekran değerleri rahatlıkla okunabilir olmalıdır.
12. Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünler ve cihazlar için "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında istekliye ait satış merkezi yetki belgesi olmalıdır, bu belge teklifle birlikte verilmelidir.
13. Teklif edilen ürüne ait UBB/ÜTS kayıt numarası teklifte bildirilmelidir .UBB bilgisi fatura üzerinde belirtilmelidir.
14. Cihaz 2 yıl garantili olacaktır.

Yüreğir Devlet Hastanesi
Ünvan: **HİSMETÇİLERİ**
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Tıp No: 12825

Yüreğir Devlet Hastanesi
Seyhat
Hemşire 1102148

Yüreğir Devlet Hastanesi
Osman KARSLI
Biyomedikal Uzmanı