

## İnsülin Enjektörü Teknik Şartnamesi

- 1- 1cc ve steril olmalıdır.
- 2- Tek kullanımlık olmalıdır.
- 3- Apirojen ve non toksik olmalıdır.
- 4- Luerve 3 parçalı olmalıdır.
- 5- 26 G x ½" kapaklı iğne ucu olmalıdır.
- 6- Diziyem ve ünite çizgileri olmalıdır.
- 7- Etilen oksit ile steril edilmiş olmalıdır.
- 8- Raf ömrü 5 yıl olmalıdır.

Adana Yüreğir Devlet Hastanesi  
**Dr. Başar BAHADIR**  
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı  
Dip. Tes. No: 78868

Yüreğir Devlet Hastanesi  
**Mustafa BAYMUŞ**  
Genel Cerrahi Uzmanı  
Dip. Tes. No: 72087

Yüreğir Devlet Hastanesi  
**Op. Dr. Fulya ÇALIŞKAN**  
Genel Cerrahi Uzmanı  
Dip. Tes. No: 80244

## FOLEY SONDA İKİ YOLLU NO: 16-18F ŞARTNAMESİ

- 1) Ürün Silikon kaplı ve lateks olmalıdır.
- 2) Ürün iki yollu olmalıdır.
- 3) Ürünün balon hacmi 30-50 ml. olmalıdır.
- 4) Ürünün ucu silindirik ve karşılıklı 2 adet drenaj deliği bulunmalıdır.
- 5) Ürünün balonu gövdenin içinde olmalıdır.
- 6) Ürün uzunluğu 40 cm olmalı.
- 7) Ürünün luer ve luer lock enjektörlerle kullanılabilen plastik valf mekanizması olmalıdır.
- 8) Kutu, ambalaj ve ürünün üzerinde ölçüsü belirtilmiş olmalıdır.
- 9) Ürünün miadı en az 2 yıl olmalıdır.
- 10) Firma 2 adet numune göndermelidir. Numunelerin uygunluğu verildikten sonra alımı yapılacaktır.

Yüreğir Devlet Hastanesi  
Op. Dr. Murat KOBANER  
Dip. Tes. No: 18323-8028

Yüreğir Devlet Hastanesi  
Op. Dr. Ahmet APAK  
Üroloji Uzmanı  
Dip. Tes. No: 55075

Yüreğir Devlet Hastanesi  
Dr. Osman Şahin APUCU  
Üroloji Uzmanı  
Dip. Tes. No: 72125