

NAZOGASTRİK SONDA NO:14-16-18 (TEK KULLANIMLIK) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Materyali dokuya zarar vermeyecek poliüretan transparan olmalıdır.
- 2) Konnektörü funnel tip olmalıdır.
- 3) Ucu düz olmalı ve üzerinde dört adet eliptik göz bulunmalıdır.
- 4) Steril tek tek paketlenmiş ve üzerinde üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.
- 5) Şeffaf ve boyları 1 metreden kısa olmayacaktır.
- 6) En az her 10 cm de bir işaretlenmiş olacaktır.
- 7) Uçları açık olacaktır ancak uçta yan delikleri olacaktır.
- 8) Teklif veren firmalar orijinal paket içerisinde 1 adet numune ve istenilen özellikleri gösterir katalog veya belge verecektir.
- 9) Teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miatlı olacaktır.
- 10) Teklifle birlikte numune getirilmelidir.

Yüreğir Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Çiğdem ŞİMŞEK
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı
Dip. Tez. No: 55239

Yüreğir Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Ayşe Ganay KALE
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı
Dip. Tez. No: 121558

ADANA DEVLET HASTANESİ
Uzm. Dr. Merve Ç...
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı
Dip. Tez. No: 121558

AİR WAY NO: 3-4-5 ŞARTNAMESİ

1. Eğilimli kısmı dile uygun şekilde olmalıdır.
2. Aspirasyon sondası geçecek şekilde açıklığı olmalıdır.
3. Disposable ve steril olmalıdır.
4. Gerektiğinde etilen oksitte steril edilebilmelidir.
5. Kolay yıkanıp temizlenebilmelidir.
6. Sert olmalıdır.
7. Airwayin içindeki açıklığı sağlayan kısım çıkmamalıdır.
8. Teklifle birlikte 1 adet numune getirilmelidir.

Yüreğir Devlet Hastanesi
Uzm.Dr. Cihad ŞİMŞEK
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı
Dip. Tes. No: 95239

Yüreğir Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Ayşe Güneş KALE
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı
Dip. Tes. No: 10558

ADANA DEVLET HASTANESİ
Uzm. Dr. Müge ÇETİNKAYA
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı
Dip. Tes. No: 12363