

ADANA YÜREĞİR DEVLET HASTANESİ

VENTİLATÖR BASINÇ REGÜLATÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Basınç Regülatörü, Vela marka Care Fusion T-Bird (16532-02) model Ventilatör Cihazlarına uyumlu olmalıdır.
- 2- Ürün, üretim hatalarına karşı en az 6 (altı) ay garantili olmalıdır.
- 3- Ürün açılmamış kutusunda/ambalajında teslim edilecek ve hastane talep ederse ürünün cihaza montajı firma tarafından ücretsiz yapılacaktır.(Firma, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini kendisi alacaktır.) Ürünün cihaza verebileceği zararlardan firma sorumludur.
- 4- Cihaza uyumlu şekilde çalışmayan, fonksiyonlarını yerine getirmeyen ürün kabul edilmeyecektir.
- 5- Firmanın ÜTS kaydı bulunmalıdır.
- 6- Ürünün ÜTS kaydı, faturada yer almalıdır.

Yüreğir Devlet Hastanesi
Ali AYĞÖREN
Elektrik Teknisyeni

Yüreğir Devlet Hastanesi
Osman KARSLI
Biyomedikal Mühendisi