

## PENRÖZ DREN (1/4) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 1/4 boyutunda, 45 cm uzunluğunda olmalıdır.
2. X-ray ışınlarıyla görülebilmelidir.
3. Alerjik olmamalı ve nontoksik olmalıdır.
4. Malzeme infizyon alanındaki sıvı atıkların drenajı için uygun olmalıdır.
5. Dayanıklı olmalı , kısa sürede tıkanmamalıdır.
6. Yakın tarihte üretilmiş olmalıdır.
7. Steril ambalajda ve tek kullanımlık olmalıdır.
8. Doğal lateksten yapılmış olmalıdır.
9. İki adet numune getirilmelidir.

Yüreğir Devlet Hastanesi  
Uzm. Dr. Sami Murat ASLAN  
Ameliyathane Sorumlu Hekimi  
Dip. No: 122418

Yüreğir Devlet Hastanesi  
Op. Dr. Hüseyin BOĞA  
Genel Cerrahi Uzmanı  
Dip. Tes. No: 60418

Adana Devlet Hastanesi  
Op. Dr. Ayhan AŞIK  
Genel Cerrahi Uzmanı  
Dip. Tes. No: 71987

## KATI VAZELİN 1 KG ŞARTNAMESİ

- 1- Vazelin katı formda olmalıdır
- 2- Ürün hiçbir katkı maddesi içermeyecektir
- 3- Kokusuz, mat beyaz bir görünüme sahip olmalıdır.
- 4- Ürün 1 kg'lık ambalajlarda olmalıdır.
- 5- Vazelin ambalajı polietilen materyalden kırılmaz ve geri dönüşüm özelliğine sahip olmalıdır.
- 6- Ambalaj kapakları kilitli plastikten olmalıdır.
- 7- Üretici firmanın erişim bilgileri ve son kullanma tarihi ambalaj üzerinde olmalıdır.
- 8- Firmalar teklifle birlikte 1 adet numune getirmelidir.

Yüreğir Devlet Hastanesi  
Uzm. Dr. Samet Murat ASLAN  
Ameliyathane Sorumlu Hekimi  
Dip. No : 22418

Yüreğir Devlet Hastanesi  
Op. Dr. Hüseyin BOĞA  
Genel Cerrahi Uzmanı  
Dip. Tes. No : 60418

Adana Devlet Hastanesi  
Op. Dr. Ayhan AŞIK  
Genel Cerrahi Uzmanı  
Dip. Tes. No : 71987