

EKG KAĞIDI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- EKG kağıdı Nihon Kohden marka EKG cihazına tam uyumlu olmalıdır.
- 2-EKG kağıtları termal(ısıya duyarlı) kağıt olmalıdır.
- 3-EKG kağıtları 210mmX140mm ebatında ve Z şeklinde olmalıdır.
- 4-Fatura üzerinde UBB kodu bulunmalıdır.
- 5-EKG kağıtları milimetrik kırmızı çizgili olmalıdır.
- 6-EKG kağıtları yüzeyleri parlak çizgileri kırmızı ve net olmalıdır.

Yüreğir Devlet Hastanesi
Dilek ERGÜVEN
Sorumlu Hemşire
Sicil No: 111047

Yüreğir Devlet Hastanesi
Uzm.Dr. Emre ÖNER
İlk ve Acil Yardım Uzmanı
Dip.Tes.No:14.767/118894

Yüreğir Devlet Hastanesi
Hacı Kamil ÇİFTÇİ
Makine Teknisyeni