

YÜREĞİR DEVLET HASTANESİ


HFO CİHAZ ŞİŞE VE HORTUM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İstenilen ürün üretim hatalarına karşı en az 1 yıl garantili olmalıdır.
2. Ürün orijinal kutusunda/ ambalajında teslim edilecektir.
3. Ürün en az 30 cm uzunluğunda olmalıdır.
4. Ürün dayanıklı malzemeden üretilmiş olmalıdır.
5. Ürün teslim edilmeden önce numune ürün getirilerek ilgili Birim Sorumlusuna gösterilecek, ürün ilgili cihaza takılarak denenecek ve ilgili birim sorumlusu tarafından uygunluk verilecektir. Cihaza uyumlu olmayan ürün kabul edilmeyecektir.
6. Ürünün ÜTS bilgisi faturada yer almalıdır.
7. Cihaz kit karşılığıdır.
8. Mevcut kullanılan cihaza set uyumlu olmalıdır.
9. Hikones marka 906s/LCD model cihaza uyumlu şişe ve kapak olmalıdır.

Yüreğir Devlet Hastanesi
Uzm.Dr. Ermine KILINÇ
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı
Dip.Tes.No:101859



Yüreğir Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Hüseyin CAN
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı
Dip. Tes. No: 122960



İlgili Birim Sorumlusu
Dr. Hüseyin CAN

Dr. Hüseyin CAN