

## OKSİJEN FLOWMETRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1)Yüreğir Devlet Hastanesi merkezi sistemine uyumlu olmalıdır.
- 2-Firma ismi ve gaz ismi yazılmalıdır.
- 3-Gövde pirinç malzemedden yapılmış olmalıdır.
- 4-ubb kodları fatura üzerin de belirtilmelidir.
- 5-Ürün CE belgeli olmalıdır.
- 6-Nemlendirme kabı kırılmaz polikarbon malzemedden üretilmiş olmalıdır.
- 7-Nemlendirme kapı 134 derecede steril edilmelidir
- 8-Alman normu.

Yüreğir Devlet Hastanesi  
Osman KARAKILIÇ  
Eğitimci Mühendis

Yüreğir Devlet Hastanesi  
Hacı K. DERMİZ  
Makine Teknisyeni

## VAKUM REGÜLATÖRÜ TEKNİKŞARTNAMESİ

- 1)Yüreğir devlet hastanesi merkezi sistemine uyumlu olmalıdır.
- 2-Firma ismi ve gaz ismi yazılmalıdır.
- 3-Gövde pirinç malzemedden yapılmış olmalıdır.
- 4-ubb kodları fatura üzerin de belirtilmelidir.
- 5-Ürün CE belgeli olmalıdır.
- 6- Alman normu

Yüreğir Devlet Hastanesi  
Osman KARSLI  
Makine Teknisyeni

Yüreğir Devlet Hastanesi  
Hacı KANDIRMAZ  
Makine Teknisyeni