


## SERUM ASKISI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Serum askısının gövdesi 42 mm çapında, taşıyıcı borusu 32 mm çapında paslanmaz çelik borudan imal edilmelidir.
- 2 - Serum askısı dört adet serum kancasına sahip olmalıdır. Kancanın ucu dairesi olarak şekillendirilmiş olmalıdır.
- 3 - Serum askısının yüksekliği 1200- 2000 mm arasında ayarlanabilir olmalıdır. Askı yüksekliğinin sabitlenebilmesi için vida sistemi bulunmalıdır.
- 4 - Serum askısının gövdesi infüzyon pompasını taşıyabilecek dengeye sahip olmalıdır.
- 5 - Ayak bölümünde ikisi frenli beş adet tekerlek bulunmalıdır.
- 6 - Serum askısı imalat ve montaj hatalarına karşı 2 yıl garantili olmalıdır. Garanti süresinin dolmasından sonra 10 yıl boyunca ücreti karşılığında yedek parça temini olmalıdır.
- 7 - Üretici firmanın TSEVE ISO sertifikası olmalıdır.
- 8 - Üretici firma Sanayi ve Ticaret Bakanlığında onaylı satış sonrası hizmete yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.
- 9 - Cihaz standardına uygun olup TSE belgeli olmalıdır.
- 10-Serum askısı sabit gövde ile hareketli gövde arasında sabit kısma plastik halka olmalıdır.
- 11 - Değerlendirmeler numune üzerinden yapılacaktır.

Yüreğir Devlet Hastanesi  
Abdulkerim ÇAPAR  
Taşınır Mal Kayıt Yetkilisi  
Sic.No: 672

Murat AKTEPE  
Hemsire  


Hale AKBABA  
