

SICAKLIK VE NEM ÖLÇER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Dijital Olmalıdır.
2. LCD ekranlı olmalıdır.
3. Dereceler Beyaz, mavi, yeşil veya pembe renkte olmalıdır.
4. Sıcaklık ölçüm aralığı **-50°C + 70°C** olmalıdır.
5. Ekran çözünürlüğü sıcaklık için 0,1 °C olmalıdır.
6. Sıcaklık hassasiyeti : $\pm 1^{\circ}\text{C}$ olmalıdır.
7. Nem ölçüm aralığı **10 - 99%** olmalıdır.
8. Ekran çözünürlüğü nem için % 1 olmalıdır.
9. Nem hassasiyeti : $\pm \% 3$ olmalıdır.
10. Min – Max Değer hafızası olmalıdır. Reset tuşu ile değerler sıfırlanabilmelidir.
11. En az **11 x 10 x 2** cm boyutlarında olmalıdır.
12. Cihaz ekranında aynı anda saat ve tarih görünmelidir. Tarih yıl, ay ve gün olarak yazmalıdır. Haftanın günleri de ekranda yazmalıdır.
13. Saat alarmı ve saat başı alarm özelliği olmalıdır
14. Cihaz 1 adet 1,5V AAA pil ile çalışmalıdır.
15. Duvara asılabilmeli veya ayağı üzerinde durabilmelidir.
16. Sıcaklık ve Nem değerleri büyük olarak görünmelidir
17. **Ürünlerle birlikte kalibrasyon sertifikası verilmelidir.**

Yüreğir Devlet Hastanesi
İsmail KESKİN
Hemşire
H125994

Yüreğir Devlet Hastanesi
Meryem DOĞRU
Hemşire
H162291

Yüreğir Devlet Hastanesi
Hacı KANDIRMAZ
Makine Kalibratörü