

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Yüreğir Devlet Hastanesi

Hasta : Cemile YANGEÇ

Konu: Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Cemile Yangeç işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	U B B KODU	Sut Kodu	MALZEME ADI	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1		AE1140	ÇİFT DÜĞME DOKU TAMİR İMPLANTI	2	Adet		

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi: 09.02.2021 10,00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 150 (Yüz Elli) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

FİRMA-KAŞE
İMZA

AC TAMİRİ ÇİFT DÜĞME İMPLANT ASANSÖR SİSTEMLİ (SUT KODU:AE1140)

- ÇİFT DÜĞME İMPLANT (SUT KODU:AE1140)

ÇİFT DÜĞME İMPLANT TEKNİK ŞARTNAMESİ

Krokoit ve Klavikula kemik fiksasyonunda ayrıca syndezmos uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

İmplantın alt kısmında gövdeye geçirilmiş olan loop şeklinde hareketli ve kilitleli askı modelleri olmalıdır.

Hammaddesi titanyum alloy olmalıdır.

İmplant mukavemeti sağlamak için çapı 4mm olmalıdır.

İmplant 4 delikli ve çift sütür (çekme-takla sütürü) hazır olmalıdır.

Loop boyunu ayarlamak için askı asansör sistemine sahip olmalıdır.

Sistemin alttan, üstten çekmeli modelleri olmalıdır.

Kullanıma hazır ve steril paketlerde olmalıdır.

Sterilizasyon süreleri minimum 3 yıl olmalıdır

Türkiye İlaç ve Tıbbi Ulusal Bilgi Bankası' na (TİTUBB) Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kayıt bildirim işlemleri tamamlanmış olmalıdır.

Sağlık bakanlığı nın Tibbi Cihazlarla ilgili mevzuatı kapsamına uygun olmalıdır.

Adana Turgut Özal Hastanesi
Dr. Tamer ÇEKİN
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip.Tes.No: 63360