

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Yüreğir Devlet Hastanesi

Hastanemizin ihtiyacı olan malzeme/yapım işi/hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi uyarınca doğrudan temin usulü ile temin edilecektir. Birim fiyat teklif mektubunuzun Hastanemiz Satın alma Birimine (Doğrudan Temin Birimi) ulaştırmanız hususunda gereğini rica ederim.

19/02/2021
Ufuk BÜYÜKÜN
Doğrudan Temin Birimi

TEKLİF MEKTUBU

S.N.	İŞİN ADI	SUT KODU	UBB	MİKTARI	BİRİMİ	BİRİM FİYAT (TL)	TOPLAM FİYAT (TL)
1	PHİLİPS IE33 PEDIATRİK EKOKARDİYOĞRAFİ CİHAZI BAKIM ONARIMI HİZMET ALIMI			1	ADET		
						GENEL TOPLAM:	
NOT	Bütün alımlarımız hastane web sitemizde yayınlanmaktadır. ADRES: www.adanadhs11@saglik.gov.tr						

Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Süresi: 22/02/ 2021 Saat 12:00

- Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır. Teknik şartname hükümleri geçerlidir.
- Mal/Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- Alıma Hile, desise, Vaid, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- Malzeme teklifinde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. malzemeler kabul edilmeyecektir.
- Teklif edilen fiyatlar birim fiyat üzerinden değerlendirilecektir.**
- İmalat gerektirmeyip piyasadan hazır halde alınıp satılan malzemeler için, siparişin isteklinin eline ulaşmasına müteakip en geç 5(beş) iş günü içerisinde malzemeler teslim edilecektir. İmalat gerektiren veya tamiratı yapılacak malzemeler için teslimat süresi en fazla 7(yedi) iş günüdür.
- Ödeme Zamanı fatura muhasebe birimine intikal etmesine müteakip 150 (Yüz Elli) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır**
- Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Şartnamede istenen belgeler teklifle beraber sunulmalıdır aksi takdirde teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Teklif veren firmalar malzemenin UBB kodu mutlaka yazmalı UBB kodu bulunmayan malzemelerde "kapsam dışı" diye belirtmelidir.
- Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- Faks yolu ile teklif kabul edilecektir.

İrtibat Telefon : (0322) 321 57 52/ 5545
İrtibat Fax : (0322) 322 6970 / (0322) 322 83 80
Email Adresi : adanadhs11@saglik.gov.tr

Kaşe İmza Tarih

NOT:1-ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN TÜM BELGELER TEKLİFLE BİRLİK SUNULMALIDIR. AKSİ HALDE TEKLİF DEĞERLENDİRMeye ALINMAYACAKTIR.

ADANA YÜREĞİR DEVLET HASTANESİ
EKOKARDİYOGRAFI CİHAZI ONARIM HİZMETİ ALIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

Konu: Bu Teknik Şartname, sağlık tesisimizde arızalı durumda olan 1004122170 künye numaralı PHILIPS marka IE33 model Ekokardiyografi Cihazının onarım hizmeti alımı teknik şartnamesidir.

1. Teklif verecek firmalar, arızalı cihazı hastane Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi eşliğinde kontrol edecektir.
2. Teklif verecek firmalar, cihazın arıza durumunu ve yapılacak işlemleri içeren Teknik Servis Raporunu, teklif ekinde gönderecektir.
3. Firmanın, tıbbi cihazlara teknik servis hizmeti verebildiğine dair TSE-Hizmet Yeterlilik Belgesi bulunmalıdır. Bu belge, teklif ile birlikte sunulmalıdır.
4. Cihaz, hastane Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi -Biyomedikal Atölye ortamında, mesai saatleri içerisinde(saat 8:00-17:00 arası) tamir edilecektir. Cihazın tamiri kapsamında yapılacak tüm işlemler için kullanılacak alet ve ekipmanları, firma kendisi getirecektir. Cihazın firma tarafından onarımı yapılırken, hastane Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi -Biyomedikal Atölye ortamında onarımı mümkün olmayan parçası var ise, söz konusu parça; onarımı yapılmak üzere hastaneden firmaya Tutanak ve/veya Teknik Servis Raporu ile (Tutanakta ve/veya Teknik Servis Raporunda cihaz parçasının onarım süresi belirtilecektir) teslim edilecektir.
5. Cihazın tamiri kapsamında yapılacak tüm işlemler için firma, İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirlerini kendisi alacaktır.
6. Cihazın kullanılmakta olan tüm sistemi/parçaları, onarım işlemleri sonrasında çalışır durumda olacaktır. Yapılan onarım işlemi, en az 6(altı) ay garantili olacaktır.
7. Firma tarafından cihazın onarım işlemleri tamamlandıktan sonra Teknik Servis Raporu oluşturulacaktır. Firma tarafından onarım işlemleri tamamlanıp Teknik Servis Raporu oluşturulduktan sonra cihaz, hastane Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi/ilgili kullanıcı tarafından 5(beş) gün test edilecektir.
8. Cihazda onarım hizmeti alımı kapsamında parça değişimi olursa, değişen parçalar en az 6(altı) ay garantili olacaktır. Değişimi yapılan(arızalı) parçalar, hastane Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimine teslim edilecektir.
9. Onarım hizmeti alımı kapsamında yapılacak tüm işlemleri için; cihazda oluşabilecek hasarlardan (cihazın zarar görmesi durumunda) firma sorumlu olacaktır.
10. Firmanın ÜTS kaydı bulunmalıdır.

Yüreğir Devlet Hastanesi
Mehmet KÜÇÜK
Elektrik Teknisyeni

Yüreğir Devlet Hastanesi
Osman KARSLI
Biyomedikal Mühendisi