

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Yüreğir Devlet Hastanesi

Hastanemizin ihtiyacı olan malzeme/yapım işi/hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi uyarınca doğrudan temin usulü ile temin edilecektir. Birim fiyat teklif mektubunuzun Hastanemiz Satın alma Birimine (Doğrudan Temin Birimi) ulaştırmanız hususunda gereğini rica ederim.

02/03/2021
Ufuk BÜYÜKÜN
Doğrudan Temin Birimi

TEKLİF MEKTUBU

S.N.	İŞİN ADI	SUT KODU	UBB	MİKTARI	BİRİMİ	BİRİM FİYAT (TL)	TOPLAM FİYAT (TL)
1	KARIŞTIRMA, OKSİJEN HAVA KARIŞTIRMA CİHAZI-MEKANİK BLENDER NEMLENDİRİCİLİ			1	ADET		
						GENEL TOPLAM:	
NOT	Bütün alımlarımız hastane web sitemizde yayınlanmaktadır. ADRES: www.adanadhs11@saglik.gov.tr						

Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Süresi: 05/03/ 2021 Saat 12:00

- Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır. Teknik şartname hükümleri geçerlidir.
- Mal/Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- Alıma Hile, desise, Vaid, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- Malzeme teklifinde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. malzemeler kabul edilmeyecektir.
- Teklif edilen fiyatlar birim fiyat üzerinden değerlendirilecektir.**
- İmalat gerektirmeyip piyasadan hazır halde alınıp satılan malzemeler için, siparişin isteklinin eline ulaşmasına müteakip en geç 5(beş) iş günü içerisinde malzemeler teslim edilecektir. İmalat gerektiren veya tamirâtı yapılacak malzemeler için teslimat süresi en fazla 7(yedi) iş günüdür.
- Ödeme Zamanı fatura muhasebe birimine intikal etmesine müteakip 150 (Yüz Elli) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır**
- Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Şartnamede istenen belgeler teklifle beraber sunulmalıdır aksi takdirde teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.**
- Teklif veren firmalar malzemenin UBB kodu mutlaka yazmalı UBB kodu bulunmayan malzemelerde "kapsam dışı" diye belirtmelidir.
- Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- Faks yolu ile teklif kabul edilecektir.

İrtibat Telefon : (0322) 321 57 52/ 5545
İrtibat Fax : (0322) 322 6970 / (0322) 322 83 80
Email Adresi : adanadhs11@saglik.gov.tr

Kaşe İmza Tarih

NOT:1-ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN TÜM BELGELER TEKLİFLE BİRLİK SUNULMALIDIR. AKSİ HALDE TEKLİF DEĞERLENDİRMeye ALINMAYACAKTIR.

HAVA -OKSİJEN BLENDER TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1- Neonatal ve pediatri Yoğun Bakım Ünitelerinde kullanmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
- 2- Giriş ana bağlantı hortumları olmalı ve en az 200 cm. uzunluğunda olmalıdır.
- 3- Blenderın sağ tarafında bulunan flowmetre en az 0-en fazla 15 lpm değerini sağlamalıdır. Akışmetre 1 lpm aralıklarla akış yapabilmelidir. Akış ayarı flowmetrelerin sağ tarafında bulunan çevirmeli düğme ile yapılabilmelidir.
- 4- Oksijen yüzdesi 21-100 arasında ayarlanabilmelidir ve +/-3% doğruluklarla akış sağlanabilmelidir.
- 5- Hava –Oksijen Blenderı CE belgesine sahip olmalıdır.
- 6- Hava-Oksijen blenderının 2 yıl garantisi olmalı ve 10 yıl süreyle de ücreti mukabilinde gerekli olabilecek her türlü yedek parça temin edilebilmelidir.
- 7- Oksijen yüzdesinin ayarlandığı kontrol düğmesi enfeksiyon riski oluşturmaması için gömme tipte olmamalıdır.
- 8- Cihaz ile beraber; 1 (bir) adet özel mıknatıslı aplikatörü sayesinde kolay pozisyon verilebilen, decoupling tüplerden oluşan setin içerisinde istenen boyda bir adet bone ve kanca şeklinde silikon yapıya sahip bir adet prong içeren nc pap seti verilmelidir. İlgili ürene ait; ubb kodu, üretici firmadan alınmış yetki belgesi ve kataloğu teklifle birlikte sunulmalıdır.
- 9- Blender serviste kullanılan açık yatak cihazına uyumlu montaj aparatı ile birlikte teslim edilecektir.
- 10- Oksijen ve hava Flowmetreleri ile hesaplamaya dayalı blender sistemleri kabul edilmeyecektir.

Yüreğir Devlet Hastanesi
Bakım Servisi
Sic.No: 73247

Yüreğir Devlet Hastanesi
Mine BAL
Yarın Yarın Sorumlu Hemşiresi

Yüreğir Devlet Hastanesi
Üst Hastane
Eğitimci Hemşiresi