

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Yüreğir Devlet Hastanesi

Hastanemizin ihtiyacı olan malzeme/yapım işi/hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi uyarınca doğrudan temin usulü ile temin edilecektir. Birim fiyat teklif mektubunuzun Hastanemiz Satın alma Birimine (Doğrudan Temin Birimi) ulaştırmanız hususunda gereğini rica ederim.

23/03/2021
Ufuk BÜYÜKÜN
Doğrudan Temin Birimi

TEKLİF MEKTUBU

S.N.	İŞİN ADI	SUT KODU	UBB	MİKTARI	BİRİMİ	BİRİM FİYAT (TL)	TOPLAM FİYAT (TL)
1	PNÖMATİK TAŞIYICI TÜP KİLİTLİ KAPAKLI NORMAL/PNÖMATİK TAŞIMA TÜPÜ			70	ADET		
						GENEL TOPLAM:	
NOT	Bütün alımlarımız hastane web sitemizde yayınlanmaktadır. ADRES: www.adanadhs11@saglik.gov.tr						

Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Süresi: 25/03/ 2021 Saat 12:00

- Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır. Teknik şartname hükümleri geçerlidir.
- Mal/Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- Alıma Hile, desise, Vaid, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- Malzeme teklifinde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. malzemeler kabul edilmeyecektir.
- Teklif edilen fiyatlar birim fiyat üzerinden değerlendirilecektir.**
- İmalat gerektirmeyip piyasadan hazır halde alınıp satılan malzemeler için, siparişin isteklinin eline ulaşmasına müteakip en geç 5(beş) iş günü içerisinde malzemeler teslim edilecektir. İmalat gerektiren veya tamiraty yapılacak malzemeler için teslimat süresi en fazla 7(yedi) iş günüdür.
- Ödeme Zamanı fatura muhasebe birimine intikal etmesine müteakip 150 (Yüz Elli) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır**
- Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Şartnamede istenen belgeler teklifle beraber sunulmalıdır aksi takdirde teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.**
- Teklif veren firmalar malzemenin UBB kodu mutlaka yazmalı UBB kodu bulunmayan malzemelerde "kapsam dışı" diye belirtmelidir.
- Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- Faks yolu ile teklif kabul edilecektir.

İrtibat Telefon : (0322) 321 57 52/ 5545
İrtibat Fax : (0322) 322 6970 / (0322) 322 83 80
Email Adresi : adanadhs11@saglik.gov.tr

Kaşe İmza Tarih

NOT:1-ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN TÜM BELGELER TEKLİFLE BİRLİK SUNULMALIDIR. AKSİ HALDE TEKLİF DEĞERLENDİRMEME ALINMAYACAKTIR.

PNÖMATİK TÜP ŞARTNAMESİ

- 1- Sert plastik mamul şeffaf gövdeli olmalıdır. Her iki tarafında dönerek açılan kapak tertibatı yer almalıdır. Taşıyıcı kapakları sistem içerisinde kesinlikle açılmamalıdır.
- 2- Taşıyıcıların boyu en az 22 cm taşıma çapı 86 mm olmalıdır.
- 3- Taşıyıcılar 120 derecede sterilizasyona en az 30 saniye dayanıklı olmalıdır.
- 4- Taşıyıcılar kendi ağırlığı hariç 2 kg taşıyabilecek kapasitede olmalıdır.
- 5- Taşıyıcılar farklı numunelerin gönderilmesi için üç renk olmalıdır. (mavi, sarı, kırmızı).
- 6- Her taşıyıcı içinde 1 adet taşıyıcı iç seti yer almalıdır. Bu taşıyıcı iç setler 14 tüp kapasiteli olmalıdır.
- 7- Taşıyıcılar hastanede kurulu sistemde sorunsuz bir şekilde çalışabilmelidir.

Yüreğir Devlet Hastanesi
Mustafa KARATAŞ
Lab. Teşh.
31.440

Yüreğir Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. ~~Can KOÇAK~~
Tıbbi Biyokimya Uzmanı
Dip. Tes. No: 43335



