

**T.C.**  
**ADANA VALİLİĞİ**  
**Adana İl Sağlık Müdürlüğü**  
**Yüreğir Devlet Hastanesi**

**Hasta Hasret UYSALER**

**Konu:Fiyat Teklifi**

Hastanemizin ihtiyacı olan 6 kalem Hasret Uysaler işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

**İHTİYAÇ LİSTESİ**

S.No	U B B KODU	Sut Kodu	MALZEME ADI	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1		AE0980	OMUZ CUFF TAMİR SETİ(AE0980)	1	Takım		
2		AE1260	AC TAMİRİ ÇİFT DÜĞME İMPLANTI ASANSÖR SİSTEMLİ	3	Adet		
3		AE1270	ANKOR PEEK TİM BOYLAR	2	Adet		
4		AE1540	BAĞ/TENDON/DOKU TAMİRİ TESPİT SİSTEMİ DÜBELLİ/KANATLI/VİDALI/ZİMBALI KENDİNDEN SÜTÜRSÜZ DÜĞÜMSÜZ ANKORLAR PEEK 3.6MM VE ÜZERİ (AE1540)	2	Adet		
5		AE1020	KANÜL	2	Adet		
6		AE1452	BAĞ/TENDON/DOKU TAMİRİ TESPİT SİSTEMİ ÇAPA/VİDA/ZİMBA ANKORLAR İĞNELİ/İĞNESİZ GÜÇLENDİRİLMİŞ SÜTÜRLÜ PEEK 4.5 MM VE ALTI	1	Adet		

**Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları**

Son Teklif Verme Tarihi:12/04/2021 Saat: 15:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

**FİRMA-KAŞE**  
**İMZA**

## OMUZ CUFF TAMİR MALZEME SETİ (SUT KODU:AE0980)

- TİTANYUM VİDALI ANCHOR (SUT KODU:AE1260)
- PEEK VİDALI SÜTÜR ANCHOR (SUT KODU:AE1200)
- GÜÇLENDİRİLMİŞ SÜTÜRLÜ İP ANCHOR (SUT KODU:AE1270)
- DÜĞÜMSÜZ PEEK ANCHOR (SUT KODU:AE1540)
- ÇAKMALI II İP ÇAPA PEEK ( SUT KODU AE1452)
- SÜTÜR GEÇİRİCİ NİTİONAL İĞNE (SUT KODU: AE2300)
- TEK KULLANIMLIK KANÜL ( SUT KODU: AE1020)
- RF PROBU ( SUT KODU: AE2410)

### TİTANYUM VİDALI SÜTÜR ANCHOR TEKNİK ŞARTNAMESİ

Kemiğe vidalanarak yumuşak doku tespitinde kullanılabilir. Kemiğe tespit malzemesi titanyumdan imal edilmiş olmalıdır. Artroskopik ve açık cerrahi yaklaşımlarında rahatlıkla kullanılabilir. Vida dış gövde çapı 4mm ve 6,5mm aralığında 6 boy olmalıdır. Anchor'lar önceden drill ile yuva açmaya gerek duyulmadan kullanılabilir özellikte olmalı; İmplantlara bağlanan sutureler fiber suture olarak implant üzerinde 2 adet hazır bulunmalıdır. İmplantların sutureünün bağlandığı delikler özel yapıda olup; suturelerin dolanmasını engelleyecek şekilde olmalıdır. Vida yivleri suture geçme yerine kadar devam etmelidir. Gerekli durumlarda kendi tornavidası ile rahatlıkla çıkarılabilme imkanı mevcut olmalıdır. Anchorların aynı çaplarda iğneli seçeneğinde olmalıdır.

### PEEK VİDALI SÜTÜR ANCHOR TEKNİK ŞARTNAMESİ

Kemiğe vidalanarak yumuşak doku tespitinde kullanılabilir. Kemiğe tespit malzemesi Polyether ether ketone (PEEK) imal edilmiş olmalıdır. Artroskopik ve açık cerrahi yaklaşımlarında rahatlıkla kullanılabilir. Vida dış gövde çapı 5,5mm ve 6,5mm aralığında 2 boy olmalıdır. Anchor'lara önceden yuva açmaya gerek olan el aleti sette hazır olmalıdır. İmplantlara bağlanan sutureler fiber suture olarak implant üzerinde 2 adet hazır bulunmalıdır. İmplantların sutureünün bağlandığı delikler özel yapıda olup; suturelerin dolanmasını engelleyecek şekilde olmalıdır. Vida yivleri implant sonuna kadar devam etmelidir. Gerekli durumlarda kendi tornavidası ile rahatlıkla çıkarılabilme imkanı mevcut olmalıdır. Anchorların aynı çaplarda iğneli seçeneğinde olmalıdır.

### GÜÇLENDİRİLMİŞ SÜTÜRLÜ İP ANCHOR TEKNİK ŞARTNAMESİ

Kemiğe çakılarak yumuşak doku tespitinde kullanılabilir. Kemiğe tespit malzemesi UHMWPE den imal edilmiş olmalıdır. Artroskopik ve açık cerrahi yaklaşımlarında rahatlıkla kullanılabilir. Anchor dış gövde çapı 3mm – 3,2mm arası 2 çap olmalıdır. Anchora bağlanan sutureler fiber suture olarak implant üzerinde hazır bulunmalıdır. Anchorlarda tek ve çift ip seçeneği olmalıdır. Anchorların iğneli seçeneği olmalıdır.

### DÜĞÜMSÜZ PEEK KNOTLESS ANCHOR

Kemiğe yerleştirilerek yumuşak doku tespitinde kullanılabilir. Kemiğe tespit malzemesi PEEK' ten imal edilmiş olmalıdır. İmplantlar ile birlikte implantların kemiğe sabitlenmesini sağlayan setin teklifi kabul edilen firma tarafından teslim edilmesi zorunludur. Artroskopik ve açık cerrahi yaklaşımlarında rahatlıkla kullanılabilir. Özellikle Double Row ve Single Row tekniklerinde kullanılabilir. Dış gövde çapı 4mm - 6.5mm arası 6 boy olmalıdır. Sutureler implantın içerisinden geçirilerek implantın bulunduğu elceğin üzerindeki stoplayıcı pin ile çakılarak sabitleme yapabilir. Herhangi bir düğümlleme işlemi yapılmamalıdır.

### ÇAKMALI II İP ÇAPA PEEK ANKOR –(KNOTLESS PEEK ANCHOR)

Kemiğe yerleştirilerek yumuşak doku tespitinde kullanılabilir.

Yüreğir Devlet Hastanesi  
Op. Dr. M. Ferhan UZ  
Ortopedi ve Travmatoloji Uzm.  
İm. Tel: 0342-2490910-103  
Tic. Sic. No: 26002163



Kemięe tespit malzemesi PEEK' ten imal edilmiř olmalıdır.  
İmplantlar ile birlikte implantların kemięe sabitlenmesini saęlayan setin teklifi kabul edilen firma tarafından teslim edilmesi zorunludur.  
Artroskopik ve aık cerrahi yaklařımlarında rahatlıkla kullanılabilirdir. Özellikle Double Row ve Single Row tekniklerinde kullanılabilirdir.  
2,9 MM , 3,5 MM , 4,5 MM seenekleri olmalıdır.  
İmplant ile birlikte steril Fiber str steril kutu ierisinde bulunmalıdır.  
Strler implantın ierisinden geirilerek implantın bulunduęu elceęin zerindeki stoplayıcı pin ile akılarak sabitleme yapabilmelidir.  
Herhangi bir dęmlleme iřlemi yapılmamalıdır.  
Sterilizasyon sresi 3 yıl olmalıdır

#### STR GEİRİCİ NİTİONAL İęNE TEKNİK řARTNAMESİ

İęne esnek ve nİtİonal alařımdan olmalıdır.  
İęne el aleti ile birlikte kullanılmalıdır.  
İęne 2 numara fiber str ile kullanılabilirdir.  
İęnenim gvde kalınlıęı 1mm-1,5mm olmalıdır..  
Strn dokudan geme esnasında kaymaması iin u kısmı dizayn edilmiř olmalıdır.  
İęne tek kullanımlık steril paketler halinde kullanıma hazır ve raf mr en az 2 yıl olmalıdır.

#### TEK KULLANIMLIK KANL SET TEKNİK řARTNAMESİ

Obturator ve Kanlden oluřmalıdır.  
Plastik ve saydam yapıda olmalıdır.  
Rijid ve Flexible zellikte iki ayrı yapıda olmalıdır.  
Steril kullanıma hazır tekli paketler halinde olmalıdır.  
apları 4,5mm – 8mm arası 8 ap olmalıdır.  
Silikon diyaframlı olmalı; bylelikle sıvı geiři engellenmelidir.  
Dıř eperi isteęe gre yivli veya dz olmalıdır.

#### ARTROSKOPİK AMALI ELCTROSURGICAL PROBE TEKNİK řARTNAMESİ

Artroskopik cerrahide kullanıma uygun olmalıdır.  
Coagle, cut ve buharlařtırma zellięine sahip olmalıdır.  
Problar elden veya ayak pedalı vasıtasıyla ayaktan kumanda edilebilmelidir.  
Tekli steril paketlerde kullanıma hazır halde bulunmalıdır.  
0, 30 ve 90 derece aılı u kısımları olan problar olmalıdır.  
Probların apları 2,5mm ile 3,2mm arası olmalıdır.  
Frekansları 0 – 500 Khz arası olmalıdır.  
Probların kullanımı iin herhangi bir kontrol nitesine ihtiya olmamalıdır. Herhangi bir ameliyathane koteri ve disposable koter kalem ile alıřtırılabilirdir. Ayrıca kendinden handle zellikli ve suction zellikli problar da olmalıdır.  
Probların g ayarları ameliyat esnasında deęiřtirilebilmelidir.  
Problar sadece temas yzeylerinde etkili olmalıdır.  
Ablasyon dereceleri 25 – 70 Watt arası ayarlanabilir olmalıdır.  
2,5mm' lik problar chondroplasty ve hyaline cartilge uygulamaları iin ideal olmalıdır.  
3,2mm' lik problar subacromial decompression ve notchplasty uygulamaları iin ideal olmalıdır

Trkiye İla ve Tıbbi Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) rn takip sistemi (TS) kayıt bildirimini iřlem tamamlanmıř olmalıdır. Saęlık Bakanlıęının Tıbbi Cihazlarla ilgili mevzuatı kapsamına uygun olmalıdır.

- Alımı yapılan her set ile ilgili hastanede steril edilecek olup sterilizasyon creti olarak deme emir belgelerinden 3.000 TL ye kadar olan fatura bedellerinden 30 TL 3.000 TL nin zerindeki faturalardan fatura bedelinin %1 oranında sterilizasyon creti kesilecektir. Yklenici tarafından steril halde teslim edilen malzemeler iin sterilizasyon creti kesilmeyecektir.

Yreęir Devlet Hastanesi  
Op. Dr. M. Ferhan UZ  
Ortopedi ve Travmatoloji Uzm.  
Dr. No: 542 1999 Da Te 06020109