

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Yüreğir Devlet Hastanesi

Hastanemizin ihtiyacı olan malzeme/yapım işi/hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi uyarınca doğrudan temin usulü ile temin edilecektir. Birim fiyat teklif mektubunuzun Hastanemiz Satın alma Birimine (Doğrudan Temin Birimi) ulaştırmanız hususunda gereğini rica ederim.

13/04/2021
Ufuk BÜYÜKÜN
Doğrudan Temin Birimi

TEKLİF MEKTUBU

S.N.	İŞİN ADI	SUT KODU	UBB	MİKTARI	BİRİMİ	BİRİM FİYAT (TL)	TOPLAM FİYAT (TL)
1	KURU HAVA SANTRALİ BAKTERİ TUTUCU TEFLON FİLTRE			1	ADET		
2	HAVA KOMPRESÖRÜ YAĞ AYRIŞTIRICI SEPERATÖR			1	ADET		
3	HAVA KOMPRESÖRÜ YAĞ FİLTRESİ			1	ADET		
4	HAVA KOMPRESÖRÜ HAVA FİLTRESİ			1	ADET		
5	HAVA KOMPRESÖRÜ KAYIŞ TAKIMI			1	TAKIM		
6	HAVA KOMPRESÖRÜ 1/4 EMME ÇEK VALFİ			1	ADET		
7	HAVA KOMPRESÖRÜ ACİL STOP BUTONU			1	ADET		
8	HAVA KOMPRESÖRÜ TERMOSTAT VALF VDTM-39/71 TAMİR KİTİ			1	ADET		
9	HAVA KOMPRESÖRÜ EMİŞ VALFİ TAMİR KİTİ			1	TAKIM		
10	KURU HAVA SANTRALİ PARTİKÜL FİLTRESİ			3	ADET		
						GENEL TOPLAM:	
NOT	Bütün alımlarımız hastane web sitemizde yayınlanmaktadır. ADRES: www.adanadhs11@saglik.gov.tr						

Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Süresi: 19/04/ 2021 Saat 10:00

- Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır. Teknik şartname hükümleri geçerlidir.
- Mal/Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- Alıma Hile, desise, Vaid, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- Malzeme teklifinde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. malzemeler kabul edilmeyecektir.
- Teklif edilen fiyatlar birim fiyat üzerinden değerlendirilecektir.**
- İmalat gerektirmeyip piyasadan hazır halde alınıp satılan malzemeler için, siparişin isteklinin eline ulaşmasına müteakip en geç 5(beş) iş günü içerisinde malzemeler teslim edilecektir. İmalat gerektiren veya tamirata yapılacak malzemeler için teslimat süresi en fazla 7(yedi) iş günüdür.
- Ödeme Zamanı fatura muhasebe birimine intikal etmesine müteakip 150 (Yüz Elli) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır**
- Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Şartnamede istenen belgeler teklifle beraber sunulmalıdır aksi takdirde teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.**
- Teklif veren firmalar malzemenin UBB kodu mutlaka yazmalı UBB kodu bulunmayan malzemelerde "kapsam dışı" diye belirtmelidir.
- Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- Faks yolu ile teklif kabul edilecektir.

İrtibat Telefon : (0322) 321 57 52/ 5545
İrtibat Fax : (0322) 322 6970 / (0322) 322 83 80
Email Adresi : adanadhs11@saglik.gov.tr

Kaşe İmza Tarih

NOT:1-ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN TÜM BELGELER TEKLİFLE BİRLİK SUNULMALIDIR. AKSİ HALDE TEKLİF DEĞERLENDİRMEME ALINMAYACAKTIR.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
YÜREĞİR DEVLET HASTANESİ
MERKEZİ KURU HAVA SANTRALİ YEDEK PARÇALARI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kuru Hava Santrali Bakteri Tutucu Teflon Filtre (İç Değişim Elemanı)

1. 0,03 mikron bakteri tutucu teflon filtre özellikte olacaktır.
2. Dehas 316 L paslanmaz çelik filtre uyumlu olacaktır.
3. 134 c de sterilizasyon da steril edilebilir özellikte olacaktır.
4. Alımı yapılacak olan filtre sadece iç değişim filtresi olacaktır. Filtre grubunun gövde kısımları elimizde kurulu mevcuttur.

2. Hava Kompresörü Yağ ayırıştırıcı Seperatör

1. Seperatör Dehas Accord 30 S Sarmak SKA10D kompresörüne uygun olmalıdır.
2. Hava kompresörü kullanımına uygun olacaktır.
3. Seperatör uzun ömürlü malzemeden yapılmış olacaktır.
4. Ürün 6 ay garantili olacaktır.

3. Hava Kompresörü Yağ Filtresi

1. Yağ filtresi Dehas Accord 30 S Sarmak SKA10D hava kompresörüne uygun olmalıdır.
2. Hava kompresörü kullanımına uygun olacaktır.
3. Yağ filtresi uzun ömürlü malzemeden yapılmış olacaktır.
4. Ürün 6 ay garantili olacaktır.


4. Hava Kompresör Hava Filtresi

1. Hava filtresi Dehas Accord 30 S Sarmak SKA10D hava kompresörüne uygun olmalıdır.
2. Hava kompresörü kullanımına uygun olacaktır.
3. Hava filtresi uzun ömürlü malzemeden yapılmış olacaktır.
4. Ürün 6 ay garantili olacaktır.

5. Hava Kompresörü Kayış Takımı

1. Kayış takımı Dehas Accord 30 S Sarmak SKA10D hava kompresörüne uygun olmalıdır.
2. Hava kompresörü kullanımına uygun olacaktır.

Not: Bu şartname 2 sayfadan oluşmaktadır. Alımı yapılacak malzemelerin tamamının montajı hastanemize aittir. Montaj dahil değildir.



4.Ürün 6 ay garantili olacaktır.

6. Hava Kompresörü ¼ Emme Çek Valfi

1.1/4 Emme çek valfi Dehas Accord 30 S Sarmak SKA10D hava kompresörüne uygun olmalıdır

2. Hava kompresörü kullanımına uygun olacaktır.

3. 1/4 Emme çek valfi uzun ömürlü malzemeden yapılmış olacaktır.

4.Ürün 6 ay garantili olacaktır.

7. Hava Kompresörü Termostat İç Elemanı

1. Termostat iç elemanı Dehas Accord 30 S Sarmak SKA10D hava kompresörüne uygun olmalıdır

2. Hava kompresörü kullanımına uygun olacaktır.

3. Termostat iç elemanı uzun ömürlü malzemeden yapılmış olacaktır.

4.Ürün 6 ay garantili olacaktır.

8. Hava Kompresörü Acil Stop Butonu

1.Acil stop butonu Dehas Accord 30 S Sarmak SKA10D hava kompresörüne uygun olmalıdır

2. Hava kompresörü kullanımına uygun olacaktır.

3. Acil stop butonu uzun ömürlü malzemedен yapılmış olacaktır.

4.Ürün 6 ay garantili olacaktır.

9. Hava Kompresörü Termostat Valf VDTM -39/71 Tamir Kiti

1. Valf VDTM -39/71 Tamir Kiti Dehas Accord 30 S Sarmak SKA10D hava kompresörüne uygun olmalıdır

2. Hava kompresörü kullanımına uygun olacaktır.

3. Valf VDTM -39/71 Tamir Kiti uzun ömürlü malzemeden yapılmış olacaktır.

4.Ürün 6 ay garantili olacaktır.

10. Kuru Hava Santrali Partikül Filtresi (İç Değişim Elemanı)

1. Parker Dominick Hunter filtre grubuna bire bir uyumlu olacaktır.

2. 0,01 mikron partikül tutucu özellikte olacaktır.

3. Alımı yapılacak olan filtre sadece iç değişim filtresi olacaktır. Filtre grubunun gövde kısımları elimizde kurulu mevcuttur.

Not: Bu şartname 2 sayfadan oluşmaktadır. Alımı yapılacak malzemelerin tamamının montajı hastanemize aittir. Montaj dahil değildir.

adır.Alımı yapılaca

tamamının montajı