

**T.C.**  
**ADANA VALİLİĞİ**  
**Adana İl Sağlık Müdürlüğü**  
**Yüreğir Devlet Hastanesi**

**Hasta : Devran BESLER**

**Konu:Fiyat Teklifi**

Hastanemizin ihtiyacı olan 6 kalem Devran Besler işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

**İHTİYAÇ LİSTESİ**

S.No	U B B KODU	Sut Kodu	MALZEME ADI	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1		TV3112	ÇOK EKSENLİ EKSTERNAL FİKSATÖR SETİ, HİBRİT (FİKSATÖRÜ OLUŞTURAN TÜM KOMPONENTLER DAHİL)(TV3112)	1	Takım		
2		TV3210	HİBRİT FİKSATÖR HALKA (TV3210)	2	Adet		
3		TV5010	PARMAK FİKSATÖRÜ HAZIR	1	Adet		
4		TV5120	ŞANZ VİDASI (TV5120)	4	Adet		
5		TV1330	MİNİ PLAK VİDA SİSTEMİ	3	Adet		
6		TV1150	KİLİTLİ VİDA	20	Adet		

**Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları**

Son Teklif Verme Tarihi: 04/05/2021 10,00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşınması zorunludur.

**FİRMA-KAŞE**  
**İMZA**

## DİNAMİK HİBRİD EL BİLEK FİKSATÖR SİSTEMİ

### TEKNİK ŞARTNAMESİ

Sistem aşağıdaki komponentlerden oluşmalıdır:

SUT KODU	AÇIKLAMA	MİKTAR
TV3112	HİBRİD EL BİLEK EKSTERNAL FİKSATÖR	1 takım
TV5010	EKSTERNAL FİKSATÖR PAKETİ	1 adet
TV3210	HİBRİD FİKSATÖR HALKA	1 adet
TV3230	HİBRİT KLEMP	2 adet
TV5120	SCHANZ VİDASI	2 adet

#### Teknik Özellikler:

1. Sistem Radius Distal Metafiz kırıklarının tedavisinde kullanılmak üzere üretilmiş olmalıdır.
2. Fiksatorün ana gövdesi alüminyumdan üretilmiş olmalıdır.
3. El bileğine istenen pozisyonu verebilmek için eklem hizasında 2 başlı küresel eklem bulunmalıdır.
4. Proksimal ve distal klempler, birbirine paralel 2 adet şanz pini tutabilir yapıda en az 4 adet pin olmalıdır.
5. Setteki şanz pinleri radius ve metakarplar için uygun dizayn edilmiş ve üretilmiş olmalıdır.
6. Distal komponent üzerinde distraksiyon sağlayabilecek özellikte bir vidası olmalıdır.
7. Sistem hem sağ hem de sol tarafa adapte edilebilir özellikte olmalıdır.
8. Radius distal fragmanını tutacak pinler 1.8 mm çapında ve ucu yivli özellikte olmalıdır.
9. Sette radius distal fragmana uygulanan pinleri tutacak hibrid halkası bulunmalıdır.
10. Distal fragmanı tutan halka, 2 adet çiftli mini hibrid pin klemplerini taşıyacak özellikte olmalıdır.
11. Halka mutlaka radyolusend özellikte olmalıdır.
12. Sistem hem sağ hem de sol tarafa adapte edilebilir özellikte olmalıdır.
13. Sistem kullanıma hazır paket halinde sunulmuş olmalıdır.
14. Türkiye İlaç ve Tıbbi Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) ürün takip sistemi (ÜTS) kayıt bildirim işlemi tamamlanmış olmalıdır.
15. Sağlık Bakanlığının Tıbbi Cihazlarla ilgili mevzuatı kapsamına uygun olmalıdır.
16. Alımı yapılan her set ile ilgili hastanede steril edilecek olup sterilizasyon ücreti olarak ödeme emir belgelerinden 3.000 TL. ye kadar olan fatura bedellerinden 30 TL. 3.000 TL. nin üzerindeki faturalardan fatura bedelinin % 1 oranında sterilizasyon ücreti kesilecektir. Yüklenici tarafından steril halde teslim edilen malzemeler için sterilizasyon ücreti kesilmeyecektir.

Adana Yüreğir Devlet Hastanesi  
**Dr. Başar BAHAİR**  
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı  
Dip.Tes.No: 78868



**BİRLEŞİK DELİKLİ KOMBİ HOLE TİTANYUM KİLİTLİ PLAK VE VİDA SETİ**

SIRA NO	SUT KODU	MALZEMENİN İÇERİĞİ
1	TV1330	MİNİ PLAKLAR (METATARS VE METAKARP İÇİN TÜM ŞEKİL VE BOYLARDA)
2	TV1150	1.5MM LOCKING CORTICAL SCREW SELF TAPPING (Ti)

**Teknik Özellikler:****İmplantların üzerinde ;**

- İmalatçı firma adı veya amblemi yazılı olmalıdır.
- Lot Numarası yazılı olmalıdır.
- CE bilgileri yazılı olmalıdır.
- Referans Numarası yazılı olmalıdır.
- İmplantlar UBB ye kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı onayı olmalıdır.
- İmplantlar Titanyum Grade 5 Eli (Ti-6Al-4V) malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- İmplantlar aynı kalibrasyonda (ölçüde) olmalıdır.

**DİSTAL KLAVİKULA KOMBİ HOLE KİLİTLİ PLAK TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- Plak kalınlığı, genişliği ve delik boşlukları aynı ölçülerde olmalıdır.
- Plaklar 3-10 ( $\pm 1$ ) delik arası boy ve ebatlarda olmalıdır.
- Plaklar Minimal İnvasive uygulamaya müsait olmalıdır.
- Plaklar Kombi Hole yapıda olmalıdır.
- Plaklar Low Profile (Düşük Profilli) olmalıdır.
- Plakların uç kısımları kama formunda olmalıdır.
- Plakların Sağ ve Sol tam Anatomik özelliği olmalıdır.
- Distal vidalar 15°(+/-5) açılı vida gönderilebilir olmalıdır.
- Plaklar Limited Contact özelliğinde olmalıdır.
- Plaklarda Krischner Teli delikleri bulunmalıdır.

**S-KLAVİKULA KİLİTLİ PLAKTEKNİK ŞARTNAMESİ**

- Plak kalınlığı, genişliği ve delik boşlukları aynı ölçülerde olmalıdır.
- Plaklar 4-10 ( $\pm 1$ ) delik arası boy ve ebatlarda olmalıdır.
- Plaklar Minimal İnvasive uygulamaya müsait olmalıdır.
- Plaklar Kombi Hole veya Locking yapıda olmalıdır.
- Plaklar Low Profile (Düşük Profilli) olmalıdır.
- Plakların uç kısımları kama formunda olmalıdır.
- Plakların Sağ ve Sol tam Anatomik özelliği olmalıdır.
- Plaklara şekil verilebilmesini kolaylaştırmak için Rekonstrüksiyon plaklarında olduğu gibi kenarları çentikli olmalıdır.

**KLAVİKULA KANCA KOMBİ HOLE KİLİTLİ PLAK TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- Plak kalınlığı, genişliği ve delik boşlukları aynı ölçülerde olmalıdır.
- Plaklar 3-7 ( $\pm 1$ ) delik arası boy ve ebatlarda olmalıdır.
- Plaklar Minimal İnvasive uygulamaya müsait olmalıdır.
- Plaklar Kombi Hole yapıda olmalıdır.
- Plaklar Low Profile (Düşük Profilli) olmalıdır.
- Plakların uç kısımları kama formunda olmalıdır.
- Plakların Sağ ve Sol tam Anatomik özelliği olmalıdır.
- Plaklarda Krischner Teli delikleri bulunmalıdır.

**DİSTAL LATERAL HUMERUS KOMBİ HOLE KİLİTLİ PLAK TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- Plak kalınlığı, genişliği ve delik boşlukları aynı ölçülerde olmalıdır.
- Plaklar 3-13 ( $\pm 1$ ) delik arası boy ve ebatlarda olmalıdır.
- Plaklar Minimal İnvasive uygulamaya müsait olmalıdır.
- Plaklar Kombi Hole yapıda olmalıdır.
- Plaklar Low Profile (Düşük Profilli) olmalıdır.
- Plakların uç kısımları kama formunda olmalıdır.
- Plakların Sağ ve Sol tam Anatomik özelliği olmalıdır.
- Plakların Distalindeki vidalar 2,7 mm Locking Vida kullanılabilir olmalıdır.

Adana Yüreğir Devlet Hastanesi  
Dr. Başar BAHAİR  
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı  
Dip.Tes.No: 78863

21. Plakların Distalinden Kompresyon yapılabilir olmalıdır.
22. Plaklar Lateral ve Posterolateral kullanılabilir olmak üzere 2 çeşit olmalıdır.
23. Plaklarda Kirschner Teli delikleri bulunmalıdır.
24. Plaklar Limited Contact özelliğinde olmalıdır.

#### **DİSTAL MEDİAL HUMERUS KOMBİ HOLE KİLİTLİ PLAK TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Plak kalınlığı, genişliği ve delik boşlukları aynı ölçülerde olmalıdır.
2. Plaklar 3-13( $\pm 1$ )delik arası boy ve ebatlarda olmalıdır.
3. Plaklar Minimal İnvasive uygulamaya müsait olmalıdır.
4. Plaklar Kombi Hole yapıda olmalıdır.
5. Plaklar Low Profile (Düşük Profilli) olmalıdır.
6. Plakların uç kısımları kama formunda olmalıdır.
7. Plakların Sağ ve Sol tam Anatomik özelliği olmalıdır.
8. Plakların Distalindeki vidalar 2,7 mm Locking Vida kullanılabilir olmalıdır.
9. Plakların Distalinden Kompresyon yapılabilir olmalıdır.
10. Plaklarda Kirschner Teli delikleri bulunmalıdır.
11. Plaklar Limited Contact özelliğinde olmalıdır.
12. Türkiye İlaç ve Tıbbi Ulusal Bilgi Bankası' na (TİTUBB) Ürün Takip Sistemi ( ÜTS) kayıt bildirim işlemleri tamamlanmış olmalıdır.
13. Sağlık Bakanlığı nın Tıbbi Cihazlarla ilgili mevzuatı kapsamına uygun olmalıdır.
14. Alımı yapılan her set ile ilgili hastanede steril edilecek olup sterilizasyon ücreti olarak ödeme emir belgelerinden 3.000 TL. ye kadar olan fatura bedellerinden 30 TL. 3.000 TL. nin üzerindeki faturalardan fatura bedelinin % 1 oranında sterilizasyon ücreti kesilecektir. Yüklenici tarafından steril halde teslim edilen malzemeler için sterilizasyon ücreti kesilmeyecektir.

Adana Yüreğir Devlet Hastanesi  
Dr. Başar BAHAİR  
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı  
Dip.Tes.No: 79868