

**T.C.**  
**ADANA VALİLİĞİ**  
**Adana İl Sağlık Müdürlüğü**  
**Yüreğir Devlet Hastanesi**

**Hasta: Ender ILIMAN**

**Konu: Fiyat Teklifi**

Hastanemizin ihtiyacı olan 2 kalem Ender Ilıman işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

**İHTİYAÇ LİSTESİ**

S.No	U B B KODU	Sut Kodu	MALZEME ADI	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1		103010	SERVİKAL DİSK PROTEZİ, SERVİKAL, ANTERİÖR, KOMPLE TİTANYUM	1	Adet		
2		102720	SERVİKAL İNTERBODY KAFES(CAGE) BİÇAKLI TÜM BOYLAR	1	Adet		

**Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları**

Son Teklif Verme Tarihi: 18/06/2021 Saat: 16:30

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından, hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

**FİRMA-KAŞE**  
**İMZA**

## SERVİKAL BİÇAKLI PEEK CAGE

### TEKNİK ÖZELLİKLERİ

H.Ad.Soyad: ENDER ILIMAN

Doğum Tarihi : 20.03.1977

Baba Adı : MUSTAFA

Baş .T : 18.06.2021 07:20:59

Dosya No: 2358615

İşlem No :210400639

Defter No  
210004937

Poliklinik : YDH BEYİN CER. -1 POLK  
Doktor Adı : Op.Dr.ALI AYKUT AYKER  
Hasta Kurumu : SGK Yeni Kurum

No : 39

#### • 102.720 : SERVİKAL İNTERBODY KAFES, RİGİD, PEEK, TİTANYUM BİÇAKLI

1. Cage'ler PEEK materyalinden yapılmış olmalıdır.
2. Set içerisinde Expandable bıçaklı, Bıçaklı, Pinli olmak üzere 3 çeşit cage kombine olarak bulunmalıdır.
3. Cagelerin hepsi servikal anatomiye uygun olmalı, kafeslerin en yüksek noktası orta noktası olmalıdır. Ayrıca 2 derece lordotic açılı kafesler de bulunmalıdır.
4. Cage'lerde 4 farklı genişlik ve 4 farklı derinlik olmalı (\*12x14; \*13x15; \*14x14; \*14x16 )
5. Cage'lerin 5, 6, 7, 8mm 4 farklı yüksekliği olmalıdır.
6. Expansiyon ve bıçağın çevrilerek korpuslara gömülmesini sağlayan işlem aynı anda aynı el aleti üzerinden ve tek seferde gerçekleşmelidir.
7. Bıçaklı cage mekanizması alt ve üst endplate'leri tutması için sharp (keskin ve geniş yüzeyli) olmalıdır.
8. Cagelerde bıçaklar açılınca korpuslara gömülerek kafesin atmasını engellemelidir.
9. Ürünün SGK ve ÜTS kaydı olmalıdır.
10. Türkiye İlaç ve Tıbbi Ulusal Bankası'na (TİTUBB) Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Kayıt Bildirim İşlemi Tamamlanmış Olmalıdır.
11. Sağlık Bakanlığı'nın Tıbbi Cihazlarla İlgili Mevzuatı Kapsamına Uygun Olmalıdır.
12. Alımı yapılan her set ile ilgili hastanede steril edilecek olup sterilizasyon ücreti olarak ödeme emir belgelerinden 3.000 tl'ye kadar olan fatura bedellerinden 30tl 3.000tl'nin üzerindeki faturalardan fatura bedelinin %1 oranında sterilizasyon ücreti kesilecektir. Yüklenici tarafından steril halde teslim edilen malzemeler için sterilizasyon ücreti kesilmeyecektir.

Yüreğir Devlet Hastanesi  
Op. Dr. Aykut AYKER  
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı  
Dip. Tes. No: 121101-108450

Yüreğir Devlet Hastanesi  
Uzm. Dr. Murat CİTİOĞLU  
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı  
Dip. Tes. No: 120554

Yüreğir Devlet Hastanesi  
Op. Dr. Fatih KARAYANDI  
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı  
Dip. Tes. No: 87453

## SERVİKAL DİSK PROTEZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

SUT KODU : 103.010

H.Ad.Soyad: ENDER ILIMAN  
Doğum Tarihi : 20.03.1977  
Baba Adı : MUSTAFA  
Baş .T : 18.06.2021 07:20:59  
Dosya No: 2358615 Tah. M.Bekleme Süresi: 07:50:55  
İşlem No : 210400639  
Defter No 210004937  
Poliklinik : YDH BEYİN CER. -1 POLK  
Doktor Adı : Op.Dr.ALI AYKUT AYKER  
Hasta Kurumu : SSK Yeni Kurum  
No : 39

- 1.Protez lazer pres tekniği ile tek parça olmalıdır.
- 2.Sistem flexional axtansional ve rotasyonel yöndeki tüm hareketlere izin vermelidir.
- 3.Sistem MRI-CT gibi görüntüleme tekniklerine Ti6AlV4 Grade VI alaşımdan imal edilmiş olmalıdır.
- 4.Anterior smith-robinson yaklaşımına uygun operatif tekniği olmalıdır.
- 5.Süperior ve inferior yüzeylere tutunum sağlayabilecek dişli bir yapıda olmalıdır.dişler açılı olmalıdır ve kaymaya karşı tutunma kabiliyeti yüksek olmalıdır.
- 6.Protez 4,5,6,7,8 mm yükseklikte,12x12 ve 14x14 mm uzunluğunda olmalıdır.
- 7.Protez tek alet ile yerleştirilmeli,geçerirse aynı alet ile geri çıkarılmalıdır.
- 8.Protezin tamamı titanium alaşımdan olup,dış kaplaması Microporoz kaplı iç yapısı ise sürtünmeden etkilenmemesi için tin kaplı olmalıdır.
- 9.Protezi oluşturan herbir parçanın korteks temas yüzeylerinde kanal açmak suretiyle dizayn edilmiş bıçak sırtı, kanat ve/veya bu gibi tasarımlar olmamalı ve korteks üzerine vidalama ya da kanal açma gerektirmeden uygulanabilmelidir.
- 10.Protez CE belgesine sahip olmalıdır.
- 11.Protezlerin üzerinde lot,size ve ce numarası yazmalıdır.
- 12.Protez setinde endplate leri kazıyıcı,caspar ekartor ve denemelerin olması gerekmektedir
- 13.Ameliyat esnasında servikal cerrahi setin de hazır bulunması gerekmektedir.
14. Türkiye İlaç ve Tıbbi Ulusal Bankası'na (TİTUBB) Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Kayıt Bildirim İşlemi Tamamlanmış Olmalıdır.
- 15.Sağlık Bakanlığı'nın Tıbbi Cihazlarla İlgili Mevzuatı Kapsamına Uygun Olmalıdır.
- 16.Alımı yapılan her set ile ilgili hastanede steril edilecek olup sterilizasyon ücreti olarak ödeme emir belgelerinden 3.000 tl'ye kadar olan fatura bedellerinden 30tl 3.000tl'nin üzerindeki faturalardan fatura bedelinin %1 oranında sterilizasyon ücreti kesilecektir. Yüklenici tarafından steril halde teslim edilen malzemeler için sterilizasyon ücreti kesilmeyecektir.

Yüreğir Devlet Hastanesi  
Op. Dr. Aykut AYKER  
Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı  
Dip. Tes. No: 121101 - 108450

Yüreğir Devlet Hastanesi  
Uzm. Dr. Ali Aykut Ayker  
Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı  
Dip. Tes. No: 121101 - 108450

Yüreğir Devlet Hastanesi  
Op. Dr. Ali Aykut Ayker  
Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı  
Dip. Tes. No: 121101 - 108450