

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Yüreğir Devlet Hastanesi

Hastanemizin ihtiyacı olan malzeme/yapım işi/hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi uyarınca doğrudan temin usulü ile temin edilecektir. Birim fiyat teklif mektubunuzun Hastanemiz Satın alma Birimine (Doğrudan Temin Birimi) ulaştırmanız hususunda gereğini rica ederim.

11/10/2021
Ufuk BÜYÜKÜN
Doğrudan Temin Birimi

TEKLİF MEKTUBU

S.N.	İŞİN ADI	SUT KODU	UBB	MİKTARI	BİRİMİ	BİRİM FİYAT (TL)	TOPLAM FİYAT (TL)
1	LANSET (PARMAKTAN KAN ALMAK İÇİN)			15000	ADET		
2	ŞEKER STRİBİ İLE KANDA GLUKOZ TESTİ			30000	ADET		
						GENEL TOPLAM:	
NOT	Bütün alımlarımız hastane web sitemizde yayınlanmaktadır. ADRES: www.adanadhs11@saglik.gov.tr						

Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Süresi: 13/10/ 2021 Saat 12:00

- Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır. Teknik şartname hükümleri geçerlidir.
- Mal/Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- Alıma Hile, desise, Vaid, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- Malzeme teklifinde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. malzemeler kabul edilmeyecektir.
- Teklif edilen fiyatlar birim fiyat üzerinden değerlendirilecektir.**
- İmalat gerektirmeyip piyasadan hazır halde alınıp satılan malzemeler için, siparişin isteklinin eline ulaşmasına müteakip en geç 5(beş) iş günü içerisinde malzemeler teslim edilecektir. İmalat gerektiren veya tamiratı yapılacak malzemeler için teslimat süresi en fazla 7(yedi) iş günüdür.
- Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Şartnamede istenen belgeler teklifle beraber sunulmalıdır aksi takdirde teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.**
- Teklif veren firmalar malzemenin UBB kodu mutlaka yazmalı UBB kodu bulunmayan malzemelerde "kapsam dışı" diye belirtmelidir.
- Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- Faks yolu ile teklif kabul edilecektir.
İrtibat Telefon : (0322) 321 57 52/ 5545
İrtibat Fax : (0322) 322 6970 / (0322) 322 83 80
Email Adresi : adanadhs11@saglik.gov.tr

Kaşe İmza Tarih

NOT:1-ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN TÜM BELGELER TEKLİFLE BİRLİK SUNULMALIDIR. AKSİ HALDE TEKLİF DEĞERLENDİRMeye ALINMAYACAKTIR.

LANSET

- 1.1. Ucu Sert malzemeden yapılmış olmalı, ucu pürüzsüz ve keskin olmalıdır.
- 1.2. Kullanım süresi en az iki yıl olmalıdır.
- 1.3. Tek kullanımlık ve steril olmalıdır.
- 1.4. Kullanırken eğilme bükülme olmamalıdır
- 1.5. Plastik kaplama ve ucu kırılıp açılabilir korumalı olmalıdır..
- 1.6. Paketler 100 adet ve neşterleme (lanset kalem) cihazına uygun olmalıdır

Yüreğir Devlet Hastanesi
Mustafa KARATAŞ
Tıbbi Biyokimya Uzmanı
Dip. Tes. No: 43295

Yüreğir Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Can KOÇAK
Tıbbi Biyokimya Uzmanı
Dip. Tes. No: 43295

ŞEKER ÖLÇÜM STRİBİ ŞARTNAMESİ

- 1) Cihaz kapiller ve venöz kanda ölçüm yapabilmeli
- 2) Cihazın ölçüm aralığı geniş (20-600 mg/dl) olmalı
- 3) Cihaz az miktarda kan ile (2-4µl) ölçüm yapabilmeli,
- 4) Cihazın şeker ölçüm süresi en çok 5-20 olmalı
- 5) Yüklenici firma yeterice yedek cihaz pili sağlamalıdır.
- 6) Temin edilecek cihazlar sıfır olmalı daha önce herhangi bir yerde kullanılmış olmamalıdır.
- 7) Cihaz açık kaldığında otomatik kapanmalı
- 8) Ölçüm sırasında cihaz hareket ettirildiğinde ölçüm sonucu değişmemeli
- 9) Cihaz 10-40 C arasındaki çevre ısılarında doğru sonuç verebilmeli
- 10) Ölçüm sırasında ölçüm çubuğuna damlatılan kanın silinmesine gerek olmayan bir cihaz olmalı
- 11) Cihazın hassasiyeti hastanemiz laboratuvar değerleriyle karşılaştırıldığında sonuçların tutarlılığı tarafımızdan test edilmeli (\pm %5-10 sapma kabul edilebilir)
- 12) Firma, kutuların kaçlık olduğuna bakılmaksızın (25'lik,50'lik kutu) striplerle beraber her 1000 strip için 1 adet şeker ölçüm cihazını ücretsiz teslim etmeli.
- 13) Değerlendirmede Strip birim fiyatı esas alınacaktır.
- 14) Firma periodik olarak cihazın doğru ölçüm kontrolünü yapmalı (ayda bir) cihaz bozulmalarında firma 48 saat içinde müdahale etmeli, arızalı cihazın ya arızası derhel giderilmeli veya yenisi ile ücretsiz olarak değiştirilmelidir.
- 15) Cihazın ekranı yeterli büyüklükte ve kolay okunabilir olmalı
- 16) Stripler cilt temasından olumsuz etkilenmemeli
- 17) Strip raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az bir yıl olmalıdır.
- 18) Cihaz biosensör teknik veya yeni jenerasyon fotometrik yöntem ile ölçüm yapabilir olmalı
- 19) Cihaz enterferans etki gösteren maddelerin (glukoz olmadığı halde glukoz gibi reaksiyona giren) ölçüm sonucuna etkisini ortadan kaldırabilmeli
- 20) Cihaz elektromanyetik özellik gösteren aletlerden etkilenmemeli.
- 21) Kan stribe kolayca çekilebilmeli.
- 22) Strip cihaza kolayca yerleştirilebilmeli.
- 23) Cihaz üst üste 2 ve daha fazla sayıda ölçüm yaptığıında ölçüm sonuçları arasında tutarlılık olmalı. (%5'lik sapma kabul edilir.) Tutarsız sonuç veren cihazlar yenisi ile değiştirilmelidir.
- 24) Cihazlar ayda bir kez olmak üzere iki seviye (normal ve patolojik) kontrol serumları ile kalite kontrol yapılacaktır. Kontrol serumları firma tarafından cihaz hastande kullanıldığı sürece karşılanacaktır.
- 25) İstekliler teklif ettikleri bir kutu strip ile birlikte bir cihazı da değerlendirmek üzere numune olarak getireceklerdir. Denemeler sonucu en güvenilir cihaz ve strip alınacaktır.

Yüreğir Devlet Hastanesi
Austafa KARATAŞ
Lab. Tem. 17440

Yüreğir Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Can KOÇAK
Tıbbi Biyokimya Uzmanı
Tic. Sic. No: 42200