

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Yüreğir Devlet Hastanesi

Hastanemizin ihtiyacı olan malzeme/yapım işi/hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi uyarınca doğrudan temin usulü ile temin edilecektir. Birim fiyat teklif mektubunuzun Hastanemiz Satın alma Birimine (Doğrudan Temin Birimi) ulaştırmanız hususunda gereğini rica ederim.

09/12/2021
Ufuk BÜYÜKÜN
Doğrudan Temin Birimi

TEKLİF MEKTUBU

S.N.	İŞİN ADI	SUT KODU	UBB	MİKTARI	BİRİMİ	BİRİM FİYAT (TL)	TOPLAM FİYAT (TL)
1	PNÖMATİK TÜP TAŞIMA İSTASYONU (E3S)			1	ADET		
						GENEL TOPLAM:	
NOT	Bütün alımlarımız hastane web sitemizde yayınlanmaktadır. ADRES: www.adanadhs11@saglik.gov.tr						

Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Süresi: 10/12/ 2021 Saat 16:00

- Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır. Teknik şartname hükümleri geçerlidir.
- Mal/Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- Alıma Hile, desise, Vaid, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- Malzeme teklifinde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. malzemeler kabul edilmeyecektir.
- Teklif edilen fiyatlar birim fiyat üzerinden değerlendirilecektir.**
- İmalat gerektirmeyip piyasadan hazır halde alınıp satılan malzemeler için, siparişin isteklinin eline ulaşmasına müteakip en geç 5(beş) iş günü içerisinde malzemeler teslim edilecektir. İmalat gerektiren veya tamiratı yapılacak malzemeler için teslimat süresi en fazla 7(yedi) iş günüdür.
- Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Şartnamede istenen belgeler teklifle beraber sunulmalıdır aksi takdirde teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.**
- Teklif veren firmalar malzemenin UBB kodu mutlaka yazmalı UBB kodu bulunmayan malzemelerde "kapsam dışı" diye belirtmelidir.
- Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- Faks yolu ile teklif kabul edilecektir.
İrtibat Telefon : (0322) 321 57 52/ 5545
İrtibat Fax : (0322) 322 6970 / (0322) 322 83 80
Email Adresi : yuregirdh.satinalma@saglik.gov.tr

Kaşe İmza Tarih

NOT:1-ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN TÜM BELGELER TEKLİFLE BİRLİK SUNULMALIDIR. AKSİ HALDE TEKLİF DEĞERLENDİRMeye ALINMAYACAKTIR.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Adana Yüreğir Devlet Hastanesi

PNÖMATİK SON İSTASYON ŞARTNAMESİ

1. İstasyon boyutları takılacağı mahalle uygun olmalıdır.Ürün sıfır olacaktır.En az 2 yıl garantili olacaktır.
2. Açılır, ön kapaklı tipte alt bölümünde bulunan haznesine, en az bir taşıma tüpü (taşıyıcı) alabilir yapıda olmalıdır.
3. İstasyon, tam entegre yavaşlatma fonksiyonuna sahip olup, taşıyıcı tüp alıcı istasyona vardığında, yavaşlatıcı hava yastığı fonksiyonu ile hızı düşürülmeli ve yumuşak bir iniş sağlamalıdır.
4. İstasyonlar arıza sensör'lerine sahip olmalıdır.
5. İstasyon montajı yapıp sisteme entegre edilmeli ve sistem çalışır vaziyette teslim edilmelidir.
6. Montajı yapılacak istasyon hastanede bulunan **SUMETZBERGER** marka sistemle tam entegre çalışabilmelidir.Laboratuara gönderilen tüp tüpler montajı yapılacak bu son istasyondan alınacaktır.
7. İstasyon hastanemiz laboratuvar biriminde son istasyon olarak kullanılacak şekilde montajı yapılacaktır.Tüm montaj maliyeti tedarikçiye aittir.
8. Ayrıca montajı yapılacak bu son istasyondan veya laboratuarda kullanılan tüp gönderim istasyonundan tüp gönderimi de yapılabilecek şekilde sistem entegre bir şekilde çalışacaktır.

Vildan YÜCEL
Endüstri Mühendisi

Yüreğir Devlet Hastanesi
Ali AYĞÖREN
Elektronik Mühendisi