**T.C.**
**ADANA VALİLİĞİ**
**İl Sağlık Müdürlüğü**
**Yüreğir Devlet Hastanesi**

Hastanemizin ihtiyacı olan malzeme/yapım işi/hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi uyarınca doğrudan temin usulü ile temin edilecektir. Birim fiyat teklif mektubunuzun Hastanemiz Satın alma Birimine (Doğrudan Temin Birimi) ulaştırmanız hususunda gereğini rica ederim.

Ayşe SABIRLI
Doğrudan Temin Birimi

# TEKLİF MEKTUBU

| S.N. | İŞİN ADI | MİKTARI | BİRİMİ | BİRİM FİYAT (TL) - | TOPLAM FİYAT (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EEG PASTASI | 32400 | GRAM | | |
| 2 | NST KAĞIDI Z KATLI 152 MM X90MM | 600 | ADET | | |
| | | | | GENEL TOPLAM: | |

| | |
|---|---|
| **NOT** | Bütün alımlarımız hastane web sitemizde yayınlanmaktadır. |

Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları

**Son Teklif Verme Süresi:.13.01.2022 Saat 10:00**

1. Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır. Teknik şartname hükümleri geçerlidir.
2. Mal/Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
3. Alıma Hile, desise, Vaid, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
4. Malzeme teklifinde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. malzemeler kabul edilmeyecektir.
5. **Teklif edilen fiyatlar birim fiyat üzerinden değerlendirilecektir.**
6. İmalat gerektirmeyip piyasadan hazır halde alınıp satılan malzemeler için, siparişin isteklinin eline ulaşmasına müteakip en geç 5(beş) iş günü içerisinde malzemeler teslim edilecektir. İmalat gerektiren veya tamiratı yapılacak malzemeler için teslimat süresi en fazla 7(yedi) iş günüdür.
7. **Ödeme Zamanı fatura muhasebe birimine intikal etmesine müteakip (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır**
8. **Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Şartnamede istenen belgeler teklifle beraber sunulmalıdır aksi takdirde teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.**
9. Teklif veren firmalar malzemenin UBB kodu mutlaka yazmalı UBB kodu bulunmayan malzemelerde "kapsam dışı" diye belirtmelidir.
10. Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
11. Faks yolu ile teklif kabul edilecektir.

**İrtibat Telefon : (0322) 321 57 52/ 5609**
**İrtibat Fax : (0322) 322 6970 /**
**Email Adresi : yuregirdh.satinalma@saglik.gov.tr**

***Kaşe İmza Tarih***

EDAN F3 NST KAĞIDI ŞARTNAMESİ

1-EDAN MARKA F 3 MODEL CİHAZA UYUMLU OLMALIDIR.

2-KAĞIT ÖLÇÜSÜ 152MMX90MMX150SYF ŞEKLİNDE OLMALDIR.

3-FİRMANIN ÜTS KAYDI BULUNMALIDIR.

4-FİRMANIN BELİRTİLEN MARKA CİHAZLARA AİT YEDEK PARÇA VE SARF MALZEME SATIŞ YETKİSİ BULUNMALIDIR.

5-ÜRÜNE AİT UBB KODU FATURA ÜZERİNDE YAZMALIDIR.

6-FİRMA ÜRÜNÜN NUMUNESİNİ TEKLİFLE BERABER GÖNDERMELİDİR.

Yüreğir Devlet Hastanesi
Hatice KIRMACI
Doğumhane Sorumlu Hemşiresi

Yüreğir Devlet Hastanesi
Uzm.Dr. Ayşe Hilmeyra YILDIRIM
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Dip.Tes.No:77979

Yüreğir Devlet Hastanesi
Hacı KANDIRMAZ
Makine Teknisyeni

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Yüreğir Devlet Hastanesi

# EEG PASTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-EEG pastası, elektrotlar ile cilt arasındaki kontakt rezistans'daki konduktivite yi arttırarak EEG kaydıyla artefarktları engelleyecek özellikte olmalıdır.

2-EEG pastası, yüksek oda sıcaklığında ve ateşi olan hastalarda en iyi şekilde yapışma özelliği olacaktır.

3-EEG pastası,terleme halinde elektrotların cilt yüzeyinden ayrılmasını engelleyecek özellikte olacaktır.

4-EEG pastası kullanımından sonra ayrıca temizleyici madde kullanma ihtiyacı duyulmayacak özellikte olmalıdır.

5-Kullanımdan sonra elektrotlarda kalan pastalar suda kolay bir şekilde çözülebilmelidir.

6-Kokusuz, opak ve alerji yapmayacak özellikte olmalıdır.

7-Pastaların bölümde kullanılan EEG cihazının orijinal firmasının ürünü olması tercih edilecektir.

8-Pastalar orijinal ambalajında olmalıdır.

9- Ürüne bir (1) adet numune kontrolünden sonra karar verilecektir.

10- Firmanın ÜTS kaydı bulunmalıdır.

## KİMYASAL ÖZELLİKLERİ:

1-Polyoxethylene 20 cetyl ether içermelidir.

2-Yüksek elektrik iletkenliğine sahip olması için kalsiyum karbonat ve potasyum kloroid içermelidir.

3-Suda eriyebilen özellikte olmalıdır.

Yüreğir Devlet Hastanesi
Ayşe BİNCİ SÜCNAK
EBE 18577

Yüreğir Devlet Hastanesi
Ayşe Yağmur ÇOLAK
Nöroloji Uzmanı
Dip.Tes.No:160424

Yüreğir Devlet Hastanesi
Hacı KANDIRMAZ
Makine Teknisyeni