

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Yüreğir Devlet Hastanesi

Hastanemizin ihtiyacı olan malzeme/yapım işi/hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi uyarınca doğrudan temin usulü ile temin edilecektir. Birim fiyat teklif mektubunuzun Hastanemiz Satın alma Birimine (Doğrudan Temin Birimi) ulaştırmanız hususunda gereğini rica ederim.

11/02/2022
Ufuk BÜYÜKÜN
Doğrudan Temin Birimi

TEKLİF MEKTUBU

S.N.	İŞİN ADI	SUT KODU	UBB	MİKTARI	BİRİMİ	BİRİM FİYAT (TL)	TOPLAM FİYAT (TL)
1	KAPALI SUALTI TORAKS DRENAJ SETİ 700 ML			20	ADET		
2	DOKU YAPIŞTIRICI SİYANOAKRİLAT İÇEREN CİLT KESİLERİ İÇİN 0,8 ML			200	ADET		
						GENEL TOPLAM:	
NOT	Bütün alımlarımız hastane web sitemizde yayınlanmaktadır. ADRES: www.adanadhs11@saglik.gov.tr						

Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Süresi: 15/02/ 2022 Saat 08:00

- Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır. Teknik şartname hükümleri geçerlidir.
- Mal/Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- Alıma Hile, desise, Vaid, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- Malzeme teklifinde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. malzemeler kabul edilmeyecektir.
- Teklif edilen fiyatlar birim fiyat üzerinden değerlendirilecektir.**
- İmalat gerektirmeyip piyasadan hazır halde alınıp satılan malzemeler için, siparişin isteklinin eline ulaşmasına müteakip en geç 5(beş) iş günü içerisinde malzemeler teslim edilecektir. İmalat gerektiren veya tamirati yapılacak malzemeler için teslimat süresi en fazla 7(yedi) iş günüdür.
- Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Şartnamede istenen belgeler teklifle beraber sunulmalıdır aksi takdirde teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.**
- Teklif veren firmalar malzemenin UBB kodu mutlaka yazmalı UBB kodu bulunmayan malzemelerde "kapsam dışı" diye belirtmelidir.
- Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- Faks yolu ile teklif kabul edilecektir.
İrtibat Telefon : (0322) 321 57 52/ 5545
İrtibat Fax : (0322) 322 6970 / (0322) 322 83 80
Email Adresi : yuregirdh.satinalma@saglik.gov.tr

Kaşe İmza Tarih

NOT:1-ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN TÜM BELGELER TEKLİFLE BİRLİK SUNULMALIDIR. AKSİ HALDE TEKLİF DEĞERLENDİRMeye ALINMAYACAKTIR.

SMT1239-DOKU YAPIŞTIRICI, SİYANOAKRİLAT İÇEREN, CİLT KESİLERİ İÇİN

SMT Temel İşlevi:	1. Yüzeysel doku yapıştırıcısı, temiz taze kenarları kolayca karşı karşıya gelen yaraların veya ameliyat kesilerinin yapıştırılmasında kullanılmak üzere geliştirilmiş olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Doku yapıştırıcısı en az 0,36 ml/gr ebadında olmalıdır 3. Oktisiyanoakrilat veya N-bütül-2 siyanoakrilat bazlı monomerden oluşup steril olmalı, renksiz veya renkli olarak sunulmalıdır.
Teknik Özellikleri:	4. Doku yapıştırıcısı ile kesiler, en fazla 90 saniye içinde yapıştırılmalı, kesiye pansuman yapılmasına gerek kalmamalıdır. 5. Doku yapıştırıcısı uygulandıktan sonra en fazla 7-10 gün içinde kendiliğinden dökülmelidir. 6. Doku yapıştırıcısı steril poşette olmalı, ayrıca monte edilmiş şekilde veyapoşet içerisinde ürünün kesiye uygulanmasında kullanılacak steril aplikatör de bulunmalıdır. Aplikatörler hassas uygulamalar için uygun olmalıdır.
Genel Hükümler:	7. Ürün Steril ve Sterilizeyi bozmadan açılabilir şekilde ayrı paketlenmiş olmalıdır. 8. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, LOT ve UBB bilgisi olmalıdır.

Yüreğir Devlet Hastanesi
Dilek ERAYIRAN
Sorumlu
Sicil No: 130455

Yüreğir Devlet Hastanesi
Uz. Dr. F. E. KEMAL KİÇİ
Acil/Tıp Uzmanı
Dip. Tes. No: 130455

Yüreğir Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Nure ÖNER
İlk ve Acil Yardım Uzmanı
Dip. Tes. No: 143763/118894

SMT1065 GÖĞÜS SUALTI DRENAJ SİSTEMLERİ

SMT Temel İşlevi:	1. Ürün, göğüs cerrahisi işlemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Seviye dereceli şeffaf plastik rezervuardan imal olmalıdır. 3. Ürün en az 700 ml kapasiteli olmalıdır. 4. Kolay kırılıp çatlamayan, sert plastik, tıbbi PVC veya polikarbonattan imal olmalıdır. 5. Ürünün tekli ve çiftli formları bulunmalıdır.
Teknik Özellikleri:	6. Drenaj hortumunun dren şişesi ile bağlantı yerinde bükülmeyi önleyecek drenaj hortumunu saran spiralli kılıf olmalıdır. 7. Dren şişesinin devrilmesini engellemek için tabanı geniş olmalı, sabit bir rezervuar tubing bileşkesi olmalıdır. Hortum kısmı sağılmaya uygun, esnek yapıda olmalıdır. Uygun uzunlukta taşıyıcı handle olmalıdır. Handle açılıp kapanabilir özellikte olmalıdır. 8. Rezervuara bağlı ucu konnektörlü tubing hattın oluşmalıdır. Göğüs tüpü ile bağlantıyı sağlayacak en az 1 metre uzunlukta drenaj hortumu olmalıdır. Drenaj borusu ucunda her numara göğüs tüpü ile bağlantı sağlayacak vidalı kapaklı universal konnektör olmalı. Şişe içindeki boru sert PVC'den yapılmış olmalı ve su seviyesinden 2 cm aşağıda bulunmalı şişenin kenarında 0 noktası ile başlayan drenajı gösterecek ml olarak derecelendirme olmalıdır. 9. Dren şişesine sıvı konulmasını sağlayan küçük bir huni setle birlikte verilmeli veya su değişim işleminin kolay yapılabilmesini sağlamak amaçlı en az 3cm çapında kapak olmalıdır. 10. Tubing üzerinde hava tahliyesini sağlayan sistem olmalıdır. 11. İkili sistem için su altına çift giriş, tekli sistem için tek giriş olmalıdır. 12. Şişe içindeki borularda ve eklem yerlerinde dayanıklılığı zayıflatan üretim hatasına bağlı hava kabarcıkları bulunmamalıdır. 13. Su altı drenaj sisteminin göğüs tüpüne bağlandığı yerde, sistemin taban, ek yerlerinde ve kapak yerlerinde sıvı sızması ve hava alımına sebep olabilecek teknik ve üretim hataları olmamalıdır. 14. İletim sistemi, özellikle hazne ile bağlantı noktası kırılma ya da

Yüreğir Devlet Hastanesi
Dilek ERKAYIRAN
Sorumlu Hemşire
Sicil No: 118894

Yüreğir Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Elif KEKİLCİ
Acil Tıp Uzmanı
Dip. Tes. No: 130455

Yüreğir Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Emre ÖNER
İlt. ve Acil Yardım Uzmanı
Dip. Tes. No: 118894

SMT1065 GÖĞÜS SUALTI DRENaj SİSTEMLERİ

Teknik Özellikleri:	katlanmaya dirençli düzenlenmelidir.
Genel Hükümler:	15. Ürün steril ve tek kullanımlık olmalıdır. 16. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve Lot bilgileri bulunmalıdır.

Yüreğir Devlet Hastanesi
Dilek ERAYIRAN
Sorumlu Hemşire
Sicil No: 130455

Yüreğir Devlet Hastanesi
Uz. Dr. Elif KEKİLKİ
Acil Tıp Uzmanı
Dip. Tes. No: 130455

Yüreğir Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Yüre ÖNER
İlk ve Acil Tıp Uzmanı
Dip. Tes. No: 143763/118894