

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Yüreğir Devlet Hastanesi

Hastanemizin ihtiyacı olan malzeme/yapım işi/hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi uyarınca doğrudan temin usulü ile temin edilecektir. Birim fiyat teklif mektubunuzun Hastanemiz Satın alma Birimine (Doğrudan Temin Birimi) ulaştırmanız hususunda gereğini rica ederim.

16/02/2022
Ufuk BÜYÜKÜN
Doğrudan Temin Birimi

TEKLİF MEKTUBU

S.N.	İŞİN ADI	SUT KODU	UBB	MİKTARI	BİRİMİ	BİRİM FİYAT (TL)	TOPLAM FİYAT (TL)
1	EKG ELEKTRODU YENİDOĞAN DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)			6000	ADET		
2	BENZALKONYUM KLORÜR %10 1000 ML SOLÜSYON ŞİŞE			20	ADET		
						GENEL TOPLAM:	
NOT	Bütün alımlarımız hastane web sitemizde yayınlanmaktadır. ADRES: www.adanadhs11@saglik.gov.tr						

Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Süresi: 18/02/ 2022 Saat 14:00

- Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır. Teknik şartname hükümleri geçerlidir.
- Mal/Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- Alıma Hile, desise, Vaid, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- Malzeme teklifinde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. malzemeler kabul edilmeyecektir.
- Teklif edilen fiyatlar birim fiyat üzerinden değerlendirilecektir.**
- İmalat gerektirmeyip piyasadan hazır halde alınıp satılan malzemeler için, siparişin isteklinin eline ulaşmasına müteakip en geç 5(beş) iş günü içerisinde malzemeler teslim edilecektir. İmalat gerektiren veya tamiratı yapılacak malzemeler için teslimat süresi en fazla 7(yedi) iş günüdür.
- Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Şartnamede istenen belgeler teklifle beraber sunulmalıdır aksi takdirde teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.**
- Teklif veren firmalar malzemenin UBB kodu mutlaka yazmalı UBB kodu bulunmayan malzemelerde "kapsam dışı" diye belirtmelidir.
- Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- Faks yolu ile teklif kabul edilecektir.

İrtibat Telefon : (0322) 321 57 52/ 5545
İrtibat Fax : (0322) 322 6970 / (0322) 322 83 80
Email Adresi : yuregirdh.satinalma@saglik.gov.tr

Kaşe İmza Tarih

NOT:1-ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN TÜM BELGELER TEKLİFLE BİRLİK SUNULMALIDIR. AKSİ HALDE TEKLİF DEĞERLENDİRMeye ALINMAYACAKTIR.

EKG ELEKTRODU

1. Yüksek iletken yapısı ve yapışkan yüzeyi ile kirli ciltlerde bile EKG (Elektrokardiyografi) çekilebilmesine olanak sağlayacak şekilde medikal malzemeden dizayn edilmiş ürün olmalıdır.
2. Ürün kullanım yeri veya hasta tipine göre farklı boy ve ebatlarda seçenekleri olmalıdır.
3. Ürünün Jel kısmı elektriği çabuk iletebilen, süper iletken, sıvı veya katı jelli olmalıdır.
4. Sırt materyali Polietilen (PE) köpük olmalıdır.
5. Jel cilt üzerinde atık bırakmamalı ve non-irritan olmalıdır.
6. Jelin koruma tabakası PVC den imal edilmiş olmalıdır.
7. Ürün yapışkan kısmı hipoallerjik yapıda olmalı ve hasta cildinde tahriş yapmamalıdır. (Bu özelliği belgelendirilebilmelidir)
8. EKG kablosuna bağlanması için çıt-çıt uca sahip olmalıdır,
9. Elektrot kolay yapışabilmeli yapışkanı suya dirençli olmalı terleme ile kolay çıkmamalıdır.
10. Ambalajın iç yüzeyi malzemeyi dış etkenlerden korumak için alüminyumdan dizayn edilmiş poşetler halinde olmalıdır.
11. Sağlık kuruluşunda kullanılan her marka EKG cihazlarına ve tüm monitörlere uyumlu olmalıdır.

Yüreğir Devlet Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji
Diz. Serv. No 1916

Yüreğir Devlet Hastanesi
Receplere ve Muayenehaneye
Ortopedi ve Travmatoloji
Tıp

Yüreğir Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Nedime ÖZELÇİ
EKG Uzmanı
Diz. Serv. No 117245

**BENZAL KOLYUM Klorür (%10 1000 ML) SOLÜSYON ŞİŞE
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. %10 benzalkolyum klorür içermelidir.
2. Işık geçirmeyen kilitli kapaklı 1000 ml'lik pvc şişelerde olmalıdır.
3. İmalat tarihi yakın tarihte olmalıdır.
4. Malzemeler hastanemizdeki sarf durumu göz önünde bulundurularak, miadının dolmasına üç ay kala ilgili firmaya haber verildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde yeni miadlı malzemelerle değiştirilmelidir.
5. Tehlikeli maddelerin karayolu ile taşınması ile ilgili olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yasal mevzuatı çerçevesinde istediği araç uygunluk belgeleri ve tehlikeli madde faaliyet belgesine sahip olmaları gerekmektedir.
6. Firmalar teklifle beraber 1 adet numune getirmelidir.

Yüreğir Devlet Hastanesi
Ord. Figen AKMAZ
Diy. 1916

2888
11900
İsabetullah İsmail

Yüreğir Devlet Hastanesi
Uzm.Dr. Medine ÖZELÇİ
K.B.B. Uzmanı
Diy. Tes. No: 117245