

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Yüreğir Devlet Hastanesi

Hastanemizin ihtiyacı olan malzeme/yapım işi/hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi uyarınca doğrudan temin usulü ile temin edilecektir. Birim fiyat teklif mektubunuzun Hastanemiz Satın alma Birimine (Doğrudan Temin Birimi) ulaştırmanız hususunda gereğini rica ederim.

09/05/2022
Ufuk BÜYÜKÜN
Doğrudan Temin Birimi

TEKLİF MEKTUBU

| S.N. | İŞİN ADI | SUT KODU | UBB | MİKTARI | BİRİMİ | BİRİM FİYAT (TL) | TOPLAM FİYAT (TL) |
|------------|--|----------|-----|---------|--------|------------------|-------------------|
| 1 | ESMARCH BANDA 5-6 CM | | | 5 | ADET | | |
| 2 | ESMARCH BANDA 10X5 M | | | 5 | ADET | | |
| 3 | ESMARCH BANDA 15X5 M | | | 5 | ADET | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | GENEL TOPLAM: | |
| NOT | Bütün alımlarımız hastane web sitemizde yayınlanmaktadır. ADRES: yuregirdh.satinalma@saglik.gov.tr | | | | | | |

Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Süresi: 11/05 / 2022 Saat 09:00

- Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır. Teknik şartname hükümleri geçerlidir.
- Mal/Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- Alıma Hile, desise, Vaid, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- Malzeme teklifinde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. malzemeler kabul edilmeyecektir.
- Teklif edilen fiyatlar birim fiyat üzerinden değerlendirilecektir.**
- İmalat gerektirmeyip piyasadan hazır halde alınıp satılan malzemeler için, siparişin isteklinin eline ulaşmasına müteakip en geç 5(beş) iş günü içerisinde malzemeler teslim edilecektir. İmalat gerektiren veya tamiratı yapılacak malzemeler için teslimat süresi en fazla 7(yedi) iş günüdür.
- Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Şartnamede istenen belgeler teklifle beraber sunulmalıdır aksi takdirde teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.**
- Teklif veren firmalar malzemenin UBB kodu mutlaka yazmalı UBB kodu bulunmayan malzemelerde "kapsam dışı" diye belirtmelidir.
- Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- Faks yolu ile teklif kabul edilecektir.
İrtibat Telefon : (0322) 321 57 52/ 5545
İrtibat Fax : (0322) 322 6970 / (0322) 322 83 80
Email Adresi : yuregirdh.satinalma@saglik.gov.tr

Kaşe İmza Tarih

NOT:1-ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN TÜM BELGELER TEKLİFLE BİRLİK SUNULMALIDIR. AKSİ HALDE TEKLİF DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

ESMARC BANDAJI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Bandajlar elastik kopmayan kauçuktan yapılmış olmalı.
2. En az 5 metre uzunluğunda eninde rulo şeklinde sarılmış olmalı.
3. Elastik yapısı çürümemiş, kopmaya ve esnemeye dayanıklı olmalı.
4. Lateks içermemelidir.
5. Biouyumlusilikon malzemeden yapılmış olmalıdır. Bu özellik Orjinal dokumanda belirtilmelidir.
6. 60c kadar makinede yıkanabilir olmalıdır.
7. Dezenfektan solüsyonlarında temizlenmeye uygun olmalıdır.(fenoller veya alkollamınler içermemeli)
8. 134c otoklavda max 18 dakika en az 100 defa steril edilebilir olmalıdır.
9. Ebatları 5 adet 15cmx5m, 5 adet 10cmx5m, 5 adet 6cmx5m olmalıdır.

ADANA YÜREĞİR DEVLET HASTANESİ
Op. Dr. Erhan YILDIZ
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dış. Tes. No : 19461/04 - 1837

Adana Yüreğir Devlet Hastanesi
Dr. Tahir ÇEKİR
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dış. Tes. No: 65580

Adana Yüreğir Devlet Hastanesi
Op. Dr. Mehmet ERDEMTOK
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dış. No: 95092163
Dış. No: 54810-75909