

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Yüreğir Devlet Hastanesi

Hastanemizin ihtiyacı olan malzeme/yapım işi/hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi uyarınca doğrudan temin usulü ile temin edilecektir. Birim fiyat teklif mektubunuzun Hastanemiz Satın alma Birimine (Doğrudan Temin Birimi) ulaştırmanız hususunda gereğini rica ederim.

11/05/2022
Ufuk BÜYÜKÜN
Doğrudan Temin Birimi

TEKLİF MEKTUBU

S.N.	İŞİN ADI	SUT KODU	UBB	MİKTARI	BİRİMİ	BİRİM FİYAT (TL)	TOPLAM FİYAT (TL)
1	EL ALETİ VE CİHAZ YÜZEY DEZENFEKTANI PERASETİK ASİT SIVI 5 LT			1000	LİTRE		
						GENEL TOPLAM:	
NOT	Bütün alımlarımız hastane web sitemizde yayınlanmaktadır. ADRES: yuregirdh.satinalma@saglik.gov.tr						

Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Süresi: 16/05 / 2022 Saat 09:00

- Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır. Teknik şartname hükümleri geçerlidir.
- Mal/Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- Alıma Hile, desise, Vaid, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- Malzeme teklifinde belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. malzemeler kabul edilmeyecektir.
- Teklif edilen fiyatlar birim fiyat üzerinden değerlendirilecektir.**
- İmalat gerektirmeyip piyasadan hazır halde alınıp satılan malzemeler için, siparişin isteklinin eline ulaşmasına müteakip en geç 5(beş) iş günü içerisinde malzemeler teslim edilecektir. İmalat gerektiren veya tamirati yapılacak malzemeler için teslimat süresi en fazla 7(yedi) iş günüdür.
- Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Şartnamede istenen belgeler teklifle beraber sunulmalıdır aksi takdirde teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.**
- Teklif veren firmalar malzemenin UBB kodu mutlaka yazmalı UBB kodu bulunmayan malzemelerde "kapsam dışı" diye belirtmelidir.
- Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- Faks yolu ile teklif kabul edilecektir.
İrtibat Telefon : (0322) 321 57 52/ 5545
İrtibat Fax : (0322) 322 6970 / (0322) 322 83 80
Email Adresi : yuregirdh.satinalma@saglik.gov.tr

Kaşe İmza Tarih

NOT:1-ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN TÜM BELGELER TEKLİFLE BİRLİK SUNULMALIDIR. AKSİ HALDE TEKLİF DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Yüreğir Devlet Hastanesi

**Tıbbi Alet ve Endoskoplar İçin Yüksek Düzey
Kullanıma Hazır Alet Dezenfektanı Şartnamesi**

1. Dezenfektan solüsyon 100 g'da: 0,25 g perasetik asit,
Aktivatör 100 g'da : 5 g hidrojen peroksit içerir.
2. Aldehit ve fenol içermemelidir.
3. Kullanıma hazır halde olmalıdır.
4. Ürün yüksek seviye dezenfeksiyon sağlamalıdır.
5. MIC cerrahisi, anestezi materyalleri, termostabil, termolabil, esnek ve sabit endoskoplar dahil her türlü cerrahi aletin dezenfeksiyonu için uygun olmalıdır.
6. Bütün sirkülasyon işlemleri, yarı otomatik endoskop yıkama makineleri ve ultrasonik makineler için uygun olmalıdır.
7. Solüsyonunun kullanım süresi 14 gün olmalıdır.
8. Bakterisid (Mycobacterium tuberculosis, MRSA dahil), fungusid, virüs inaktive edici (HBV/HIV/HCV, Vaccinia, Influenza, Papova, Adeno) ve sporosid etkinliğe sahip olmalıdır.

9. **Temas Süresi:**

a. Bakterisidal	EN 13727	Kirli koşul	5 dak.
	EN 14561	Kirli koşul	5 dak.
b. Mikobakterisidal	EN 14348	Temiz koşul	5 dak.
(M.Avium ve M.Terrae)	EN 14563	Temiz koşul	5 dak.
c. Tüberkülosidal (M.Terrae)	EN 14348	Temiz koşul	5 dak.
	EN 14563	Temiz koşul	5 dak.
d. Yeastisidal (C.albicans)	EN 13624	Kirli koşul	5 dak.
	EN 14562	Kirli koşul	5 dak.
e. Fungusidal	EN 13624	Kirli koşul	5 dak.
	EN 14562	Kirli koşul	5 dak.
f. Virüsidal	EN 14476	Temiz-Kirli koşul	5 dak.
(Polio Virüs, Adeno virüs, MNV)			
g. Sporosidal (B.subtilus)	EN 17126	Temiz koşul	5 dak.

Olmalıdır ve raporları sunulmalıdır.

10. Çözeltilinin pH'ı 2-4 aralığında olmalıdır.
11. Dezenfektan 5 litrelik polietilen ambalajlarda ve kilitli kapak sistemine sahip olmalıdır.
12. Endo-wash marka endoskop yıkama makinelerinde kullanılabildiğine dair onaya sahip olmalıdır.

Adana Devlet Hastanesi
Op.Dr. Hüseyin BOĞA
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip. Tcc. No: 60413

Yüreğir Devlet Hastanesi
Özlem DUMAN GÜNDOĞLU
Hemşire
Sicil No: H100401

Yüreğir Devlet Hastanesi
Hacı KANIRMAZ
Makine Bakımsmanı

13. Üretici firma, GMP (İyi Üretim Uygulamaları) sertifikasına sahip olmalı ve ihale dosyasında sunulmalıdır.
14. Üretici firma 93/42/EEC Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında EC Sertifikasına ve ISO 13485:2016 Kalite Yönetim Sistem belgesine sahip olmalıdır.
15. Ürün Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında, Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olmalı ve ürünler Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.
16. Akredite laboratuvarlardan alınmış, materyal uyumluluk çalışmaları olmalıdır ve sunulmalıdır.
17. Akredite laboratuvarlardan alınmış Fujinon, Olympus ve Pentax endoskoplarla uyumlu olduğuna dair raporu olmalı ve sunulmalıdır.
18. Ürünler HDPE plastik ambalajlarda dayanıklı olmalı, ürün etiketleri PE malzemeden olmalı, etiket bilgileri kolayca silinmemeli ve okunaklı olmalıdır. Etiket bidon yüzeyine düşmeyecek şekilde yapıştırılmış olmalı ve kolayca yırtılmamalıdır.
19. Firma MEK test striplerini, her 15 litreye 14 adet olacak şekilde ücretsiz olarak vermelidir.
20. MEK test strpleri pHölçer olmayıp, solüsyona özel, kimyasal madde ölçer olmalı test striplerinin sağlık bakanlığı tarafından referans gösterilen laboratuvarlarda yapılmış validasyon analizi raporu ihale dosyasında sunulmalıdır.
21. Firma ürün üzerinde son kullanma tarihi ve numarası yazılı olmalıdır.
22. Ürünün son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalıdır.

Adana Devlet Hastanesi
Op. Dr. Huseyin BOĞA
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip. Tes. No: 60418

Yüreğir Devlet Hastanesi
Özlem DUMAN GENCÖĞLU
Hemşire
Sicil No: 100401

Yüreğir Devlet Hastanesi
Hac KANDIRMAZ
Malignite Uzmanı