

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Yüreğir Devlet Hastanesi

Hastanemizin ihtiyacı olan malzeme/yapım işi/hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi uyarınca doğrudan temin usulü ile temin edilecektir. Birim fiyat teklif mektubunuzun Hastanemiz Satın alma Birimine (Doğrudan Temin Birimi) ulaştırmanız hususunda gereğini rica ederim.

20/07/2022
Ufuk BÜYÜKÜN
Doğrudan Temin Birimi

TEKLİF MEKTUBU

S.N.	İŞİN ADI	SUT KODU	UBB	MİKTARI	BİRİMİ	BİRİM FİYAT (TL)	TOPLAM FİYAT (TL)
1	KONDROİTİN SÜLFAT (DİSPERSİVE OVD)+ SODYUM HYALURONAT (KOHEZİV)/ KOMBİNE VİSKOELASTİK			100	ADET		
						GENEL TOPLAM:	
NOT	Bütün alımlarımız hastane web sitemizde yayınlanmaktadır. ADRES: yuregirdh.satinalma@saglik.gov.tr						

Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Süresi: 22/07 / 2022 Saat 15:00

- Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır. Teknik şartname hükümleri geçerlidir.
- Mal/Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- Alıma Hile, desise, Vaid, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- Malzeme teklifinde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. malzemeler kabul edilmeyecektir.
- Teklif edilen fiyatlar birim fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- İmalat gerektirmeyip piyasadan hazır halde alınıp satılan malzemeler için, sipariş isteklinin eline ulaşmasına müteakip en geç 5(beş) iş günü içerisinde malzemeler teslim edilecektir. İmalat gerektiren veya tamiratı yapılacak malzemeler için teslimat süresi en fazla 7(yedi) iş günüdür.
- Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Şartnamede istenen belgeler teklifle beraber sunulmalıdır aksi takdirde teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Teklif veren firmalar malzemenin UBB kodu mutlaka yazmalı UBB kodu bulunmayan malzemelerde "kapsam dışı" diye belirtmelidir.
- Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- Faks yolu ile teklif kabul edilecektir.
İrtibat Telefon : (0322) 321 57 52/ 5545
İrtibat Fax : (0322) 322 6970 / (0322) 322 83 80
Email Adresi : yuregirdh.satinalma@saglik.gov.tr

Kaşe İmza Tarih

NOT:1-ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN TÜM BELGELER TEKLİFLE BİRLİK SUNULMALIDIR. AKSİ HALDE TEKLİF DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

**SMT1427 VİSKOELASTİK SOLÜSYON, DİSPERSİF-KOHESİV (OVD), KOMBİNE,
KONDROİTİN SÜLFAT+SODYUM HYALURONAT**

SMT Temel İşlevi:	1. Viskoelastik maddenin göz cerrahisinin fako esnasında ve lens implantasyonu sırasında kullanılabilir olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	<p>2. İki farklı enjektörde kombine viskoelastikten oluşmalı veya tek enjektörde kombine özelliği olmalıdır.</p> <ul style="list-style-type: none">• Tek Enjektörde kombine özelliği taşıyan viskoelastik madde ürünlerinde; Beher ml'sin de en az % 3.0 kontroitin sülfat +% en az 1.7 sodyum hyaluronat içeren ve en az 0.50 ml'lik ambalajda osmolalitesi 325Osm+ 40mOsm,viscositesi en az 30.00 cps,molekül ağırlığı kondrotin sülfat içinen en az 20.000 dalton özelliklerinde olmalıdır.• İki ayrı enjektörde kombine özelliği taşıyan viskoelastik madde ürünlerinde; Beher ml'de en az % 3.0 kontroitin sülfat +% en az 2.0 sodyum hyaluronat içeren en az 0.50 ml'lik ambalajda osmolalitesi 325Osm+ 40mOsm,viscositesi en az 30.00 cps,molekül ağırlığı kondrotin sülfat en az 22.500 dalton,sodyumhyaluronat en az 500.000 dalton viscoelastik solüsyon ve beher ml.'de Molekül ağırlığı en az 2.400.000 dalton,Viscositesi en az 30.000 Mpas ve en az %1 Sodyum hyaluronat içeren 0.55 ml .'lik viscoelastik materyallerden oluşmalıdır. İki özellikteki viscoelastik materyal ayrı ayrı şiringalarda aynı mukavim bir kutuda olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	<p>3. Ürün kohesiv ve dispersif özellikte olmalıdır.</p> <p>4. Enjektörün cerrahi kullanım ergonomisine uygun olmalı ve paketin içinde enjektöre uyumlu steril künt kanül olmalıdır.</p> <p>5. Enjektörün İçerisinde hava, partikül olmamalıdır, viskoelastik şeffaf olmalıdır.</p> <p>6. Ürün Latex arındırıcı teknoloji ile üretilmiş olmalıdır.</p>
Genel Hükümler:	<p>7. Ürün kanül ve kanül kilit halkası sert plastik bilister steril bir kutuda olmalı ve kesinlikle poşet içinde olmamalıdır. Bu mukavim kutunun üzerinde ürünün içeriği son kullanma tarihi lot numarası ve ce işareti ubb kodu kara barkod veya numara ile yazılı olmalı bu yazılar sonradan yapıştırma sticer olmamalıdır.</p> <p>8. Enjektörün üzerinde ürünün markası son kullanma tarihi ve lot numarası yazılı olmalıdır.</p> <p>9. Ürünlerin ml değerlerinde ondalık değerlerin sağındaki rakam eğer 5 ve 5 in üzerinde ise yuvarlanacak rakam 1 artırılır ve sağındaki rakamlar atılır. 5 ten küçük ise yuvarlanacak basamaktaki rakam değişmez ve sağındaki rakamlar atılır.</p>

Yüreğir Devlet Hastanesi
Uzm.Dr. Nuran PARLAKFİĞİRCİ
Göz Hastalıkları Uzmanı
Dip.Tes.No:139745

Yüreğir Devlet Hastanesi
Op.Dr. Sibel ÇAYLI
Göz Hast. Uzmanı
Dip.Tes.No: 107231

Yüreğir Devlet Hastanesi
Uzm.Dr. Mustafa AKSOY
Göz Hastalıkları Uzmanı
Dip.Tes.No: 107231