

**T.C.**  
**ADANA VALİLİĞİ**  
**Adana İl Sağlık Müdürlüğü**  
**Yüreğir Devlet Hastanesi**

**Hasta : Emre BİLCAN**

**Konu:Fiyat Teklifi**

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Emre Bilcan işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

**İHTİYAÇ LİSTESİ**

S.No	U B B KODU	Sut Kodu	MALZEME ADI	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1		103010	SERVİKAL DISK PROTEZİ, SERVİKAL, ANTERİÖR, KOMPLE TİTANYUM	1	Adet		

**Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları**

Son Teklif Verme Tarihi: 18/08/2022 17,00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.
- 12-Teslim edilecek malzemelerde steril olmayan ürünler hastane sterilizasyon ünitesinde steril edilecektir. Steril olarak teslim edilen malzemeler için sterilizasyon ücreti alınmayacaktır. Steril olmayan malzemeler için yüklenici sözleşme tutarı üzerinden sterilizasyon ücreti yatıracak veya fatura başı hastane veznesine (hesabına) yatıracaktır. Yüklenicinin talep etmesi halinde fatura hak edişlerinden de kesilebilecektir.
- Steril edilecek malzemeler için sterilizasyon ücreti; 6.000 TL'ye kadar olan fatura bedellerinden 60 TL. 6.000 TL nin üzerindeki faturalardan fatura bedelinin %1 i oranında alınacaktır.

**FİRMA-KAŞE**  
**İMZA**

**KOMBİNE CERVİCAL SETİ**  
**BIÇAKLI/BIÇAKSIZ CERVİCAL DİSK PROTEZİ**  
**TEKNİK ŞARTNAMESİ**

Hı. Adı: EMRE BİLCAN  
Doğ. Tar: 12.06.1988  
Baba Adı: MUSTAFA  
Dosya No: 2493791  
Değer: 16.08.2022 13:16:44  
Defter No: 220008778  
Protokol No: 220890011  
Poliklinik: BEYİN CER. - 4 POLK  
Doktor Adı: Op.Dr.FATİH  
KARAYANDI  
S.No: 100  
Hızlı Bar. Üstüne Kiri Nakline

**SUT KODU:**

103.010	TİTANİUM BIÇAKLI /BIÇAKSIZ PROTEZ (AÇILABİLEN BIÇAK)
103.030	PEEK BIÇAKLI/BIÇAKSIZ PROTEZ ( AÇILABİLEN BIÇAK)

1. İmplant Titanyumdan ve MR görüntüleme uyumlu olmalıdır
2. İmplantın superior ve inferior yüzeyinde endplatelere tutunumu sağlamak için en az 4 noktadan dişli bir yüzeye sahip olmalıdır.
3. İmplant mesafeye yerleştirildikten sonra superior yüzeyinden aynı el aleti ile bıçak mekanizması açılabilmelidir.
4. İmplant revize edilmesi gereken durumlarda bıçak mekanizması kapatılıp geri çıkartılabilmelidir.
5. İmplantın iç temas eden yüzeyleri özel olarak aşınma dayanımı yüksek titanium nitrür(TiN) kaplama uygulanmalıdır.
6. Disk mesafesine anatomik uyum sağlayan bir yapıda olmalıdır.
7. İmplant setinde her size için deneme boyları , kaspar , çift taraflı rende , tek taraflı geniş rende, kaspar ekartör ve uygulama el aletleri olmalıdır.
8. Kullanım kolaylığı için setin içinde cloward laminektomi ekartör 18 mm ve 23mm 1 'er adet olmalıdır.
9. 4,0 mm'den 8,0 mm'ye kadar 0,5'er mm aralıklarla yükseklik ve 12 mm'den 14 mm'ye kadar uzunlukları olmalıdır.
10. Ürün MR uyumlu PEEK( Poli ether ether carbon) veya carbon meteryalden yapılmış olmalıdır.
11. Ayrıca vaka esnasında takılan protezi geri çekmek, çıkarmak veya değiştirmek için protezi ortasından yada kenarından tutan makas şeklinde bir tutucu olmalıdır.

Yüreğir Devleti Hastanesi  
Op.Dr. Fatih KARAYANDI  
Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı  
Dip.Tec.No: 87453

Yüreğir Devleti Hastanesi  
Op.Dr. Murat ÇELİCİOĞLU  
Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı  
Dip.Tec.No: 12653

Yüreğir Devleti Hastanesi  
Op.Dr. Murat ÇELİCİOĞLU  
Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı  
Dip.Tec.No: 12653