

İ.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Yüreğir Devlet Hastanesi

Hasta: Fatma FIÇICI

Konu: Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Fatma Fıçıcı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	U B B KODU	Sut Kodu	MALZEME ADI	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1		KN1035	VENTRİKÜLOPERİTONEAL ŞANT, ANTİSIFONU AYRI, BURR HOLE ANTİBİYOTİKLİ/ANTİBİYOTİKSİZ (VENTRİKÜLER KATETER, VALF, PERİTONEAL KATETER), PEDİATRİK (KN1035)	1	Adet		

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:01/09/2022 Saat: 16:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
 - 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
 - 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
 - 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
 - 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
 - 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 - 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
 - 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
 - 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
 - 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
 - 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.
 - 12-Teslim edilecek malzemelerde steril olmayan ürünler hastane sterilizasyon ünitesinde steril edilecektir. Steril olarak teslim edilen malzemeler için sterilizasyon ücreti alınmayacaktır. Steril olmayan malzemeler için yüklenici sözleşme tutarı üzerinden sterilizasyon ücreti yatırarak veya fatura başı hastane veznesine (hesabına) yatırılacaktır. Yüklenicinin talep etmesi halinde fatura hak edişlerinden de kesilebilecektir.
- Steril edilecek malzemeler için sterilizasyon ücreti; 6.000 TL'ye kadar olan fatura bedellerinden 60 TL. 6.000 TL nin üzerindeki faturalardan fatura bedelinin %1 i oranında alınacaktır.

FİRMA-KAŞE
İMZA

YÜREĞİR DEVLET HASTANESİ
Serin Evler Mah.Egebagatur Bulv.No:236 Yüreğir ADANA
Tlf:0322 321 57 52 Fax:0322 322 91 13 e_mail:

BURR HOLE TİPİ YETİŞKİN / PEDIATRİK ŞANT SETİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

SUT KODU: KN1035	VENTRİKÜLOPERİTONEAL, BURR-HOLE KİT ANTİSİFONU AYRI ANTİBİYOTİKLİ/ANTİBİYOTİKSİZ (VENTRİKÜLER KATETER, VALVE, PERİTONEAL KATETER,) MİKRO/YENİDOĞAN/PEDIATRİK/ERİŞKİN
------------------	--

- 1) Burr Hole 16 mm (Yetişkin) 12mm (Pediatrik) Valf Antibiyotik Emdirilmiş Ventrikuloperitoneal Kateterli (Yarı Antibiyotikli) Şant Seti
- 2) Şant takımı ventriküler kateter, valf ve peritonel kateter içermelidir.
- 3) Valf burr-hole tipinde ve 16 mm olmalıdır.
- 4) Şantların basınç seviyelerine göre düşük, orta ve yüksek seçenekleri olmalıdır.
- 5) Şantların basınç seviyeleri,
Yüksek Basınç 110-180mm H2O
Orta Basınç 50-110 mm H2O
Düşük Basınç 10-50 mm H2O
- 6) Şant kateterleri, antibiyotik enpregne edilmiş olup turuncu renk kodu ile belirtilmiş olmalıdır.
- 7) Şant kiti MRI ve CT uyumlu olmalıdır.
- 8) Valfler poliropilen iskelet ve silikon gövdeli tasarıma sahip olup, üzerinde basınç seviyesi radyopak marker ile belirtilmiş olmalıdır.
- 9) Elastomerik gövde yapısı, 25G iğne ile enjeksiyon yapılabilmesine ve BOS numunesi alınımına olanak sağlamalıdır.
- 10) Üzerinde 24 adet drenaj deliği bulunan kateterlerden; ventriküler kateterin uzunluğu 23cm, iç çapı 1,3mm, dış çapı 2,5mm, peritonel kateterin uzunluğu 120cm, iç çapı 1,1mm, dış çapı 2,5 mm den az olmamalıdır. Kateterler üzerinde tantalyum ile 5-10-15cm uzunluklarını belirten radyopak çizgiler yer almalıdır.
- 11) Antibiyotikli kateterin yüzeyine ve iç matriksine, 2 farklı antibiyotik; Klindamisin (.15%) ve Rifampicin (.054%) empregn edilmiş olmalıdır.
- 12) Kateter sistemine empregn edilmiş antibiyotiklerin 28 gün boyunca düzenli olarak salınım göstermesi gerekmektedir.
- 13) Kateterin iç ve dış yüzeyleri hidrofilik özellikte olmalıdır.
- 14) Kateterler baryumlu silikondan imal edilmiş olmalıdır.

Yüreski Devlet Hastanesi
Op. Dr. Aykut AYDAR
Genel Cerrahi Uzmanı

Yüreski Devlet Hastanesi
Op. Dr. Aykut AYDAR
Genel Cerrahi Uzmanı