

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Yüreğir Devlet Hastanesi

Hasta: Asiye PORSUK

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Asiye Porsuk işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	U B B KODU	Sut Kodu	MALZEME ADI	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1		KV4013	EMBOLİZAN SIVI YÜKSEK YOĞUNLUKLU SEALİNG BİOEMLİBİLİR AJAN(UYGULAMA KATETERİ İLE BİRLİKTE)	1	Adet		

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:06/09/2022 Saat: 13:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
 - 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
 - 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
 - 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
 - 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
 - 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 - 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
 - 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini ödeme yapılacaktır.
 - 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
 - 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
 - 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşınması zorunludur.
 - 12-Teslim edilecek malzemelerde steril olmayan ürünler hastane sterilizasyon ünitesinde steril edilecektir. Steril olarak teslim edilen malzemeler için sterilizasyon ücreti alınmayacaktır. Steril olmayan malzemeler için yüklenici sözleşme tutarı üzerinden sterilizasyon ücreti yatırarak veya fatura başı hastane veznesine (hesabına) yatıracaktır. Yüklenicinin talep etmesi halinde fatura hak edişlerinden de kesilebilecektir.
- Steril edilecek malzemeler için sterilizasyon ücreti; 6.000 TL'ye kadar olan fatura bedellerinden 60 TL. 6.000 TL nin üzerindeki faturalardan fatura bedelinin %1 i oranında alınacaktır.

FİRMA-KAŞE
İMZA

VENABLOK MİKROTESLİM KATATERİ MİKRO,PERİFERİK,ÖRGÜLÜ EMBOLİZAN AJAN

(KV4013)

- 1-Venöz yetmezliğin endovenöz tedavisinde safen venin veya perforator venlerin kapatılmasında kullanıma uygun olmalıdır.
- 2-Enjeksiyon tabancası tabanca tipi ,entegre bir namlu ve tetikli ergonomik tutamaktan oluşmalı tetiğe basılı tutarken her basılı tutuşta 5 saniye içinde 0,3 cc embolizan ajan vermelidir.
- 3-Teslim katateri PTFE yapıda hidrofilik 100 cm uzunluğunda 6 F olmalıdır.
- 4-Teslim katateri katlanır bükülme direncini artırmak ve arttırıcı görünürlük sağlamak için coil sistem içermelidir.
- 5-Teslim katateri geri çekme oranına yardımcı olunması için her 2 cm'de markırlar olmalıdır.
- 6-Teslim kataterin proksimal ucunda kılavuz ışığı yardımı bulunmalıdır. Kılavuz tel olmadan kolayca ilerletilebilir olmalıdır.
- 7-Katater adaptörü kataterin kılavuz ışığı,kataterin uzak ucundaki adaptörden açılabilir veya kapatılabilir olmalı ve enjektör adaptör ile bağlanmalıdır.
- 8-Set içerisinde 3 cc luer lock enjektör,dilatörlü 6F introduser katater,0.035 J-ipucu 45 cm klavuz tel ve 2 adet 18G seldinger iğne olmalıdır.
- 9-Venablok embolizan ajan vidalı kapaklı bir viyalin içinde bulunmalıdır.
- 10-Set tek kullanımlık steril olarak orijinal ambalajında sunulmalıdır.

Op.Dr. Ayhan KIRK
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı
Diyadin Tescilli
Yüreğir Devlet Hastanesi

Yüreğir Devlet Hastanesi
Uz.Dr. Orhan Sami DEMİRTÜRK
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı
Diyadin Tescilli

Yüreğir Devlet Hastanesi
Op.Dr. Fatih KAYA
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı
Diyadin Tescilli